


		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA



AUTORITA' REGIONALE

Stazione Unica Appaltante

Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO

Procedura Aperta, con modalità telematica, per la fornitura triennale, di materiale di consumo, reattivi e diagnostici di uso manuale da destinare ai laboratori di analisi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Gara Numero 6917755

N.	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>a) Nel disciplinare di gara al punto 4.2 "documentazione amministrativa" sezione 2 punto 5 relativo alla cauzione provvisoria, si chiede di confermare che a sistema debba essere caricata copia scansionata della polizza autenticata dal notaio.</p> <p>b) In riferimento al punto 4.3 "offerta tecnica" punto 2. B1. "offerta tecnica" del disciplinare di gara, si chiede di confermare che la documentazione da presentare è quella riportata all'art. 4 del capitolato speciale d'appalto, compreso il listino riportante i prezzi dei prodotti.</p>	<p>a) La cauzione provvisoria, così come qualsiasi documento cartaceo, dovrà essere caricata sulla piattaforma SUA come copia scansionata e la sottoscrizione del file da parte del rappresentante legale equivarrà a dichiarazione che la copia è tratta dall' originale.</p> <p>b) Si conferma, tenendo presente inoltre quanto prescritto nel disciplinare di gara al paragrafo 4.3.</p>
2	<p>a) Nel disciplinare di gara al punto 4.4 "offerta economica" viene riportato "i prezzi offerti potranno essere espressi con un numero massimo di due cifre decimali" mentre riscontriamo che nell'Allegato 1 "Elenco fabbisogno" il prezzo a base d'asta è espresso in tre cifre decimali e chiediamo pertanto di accettare le offerte con i prezzi a tre decimali.</p> <p>b) Inoltre segnaliamo che il vincolo delle due cifre decimali risulta essere poco conveniente per la Vs. Azienda in quanto il totale in alcuni casi potrebbe risultare superiore al 20%.</p>	<p>a) Si conferma che il prezzo a base d'asta deve essere espresso al massimo con due cifre decimali (cfr. paragrafo 4.4 del disciplinare). Si precisa inoltre, che l'Allegato 1 "Elenco fabbisogno" è un elaborato di progetto redatto ai soli fini della quantificazione dei fabbisogni e dell'ammontare complessivo a base d'asta dell'appalto.</p> <p>b) Il quesito così posto, non risulta essere comprensibile.</p>
3	<p>Nell'Allegato 1 "Elenco fabbisogno" relativamente al lotto n. 58 alla voce 58-1 il prezzo a base d'asta risulta essere troppo basso e chiediamo conferma che trattasi di refuso e di poter considerare il prezzo stimato pari ad € 0,04.</p>	<p>L'Allegato 1 "Elenco fabbisogno" è un elaborato di progetto redatto ai soli fini della quantificazione dei fabbisogni e dell'ammontare complessivo a base d'asta dell'appalto. Il prezzo a base d'asta da tenere in conto ai fini della formulazione dell'offerta è quello riportato nei file contenuti nella cartella <i>Allegato 4 Modelli offerta economica lotto da n 1 a n 88</i>. Nella fattispecie, il prezzo a base d'asta, per unità di misura, per il sub lotto 58-1 è pari a € 0,01.</p>
4	<p>E' possibile avere in formato excel il file Allegato_1.</p>	<p>Il file di cui all'allegato 1 sarà reperibile sulla piattaforma telematica della SUA , ma che comunque non è necessaria ai fini della presentazione dell'Offerta.</p>
5	<p>a) Lotto 48 : le pipette richieste devono essere digitali o no?</p> <p>b) Lotto 50 : le pipette richieste devono essere digitali o no?</p> <p>c) Lotto 51 - voce 18: che volume deve avere il flacone? Sterile o non sterile?</p> <p>d) Lotto 51 –voci 19-20: sterili o non sterili ?</p> <p>e) Lotto 51 – voci 23-24: sono accettate anse in polipropilene ?</p> <p>Lotto 58 – voce 01: si chiede di verificare se la base d'asta unitaria indicata per questo prodotto sia corretta.</p>	<p>Lotto 48 – 50</p> <p>Ogni operatore economico può offrire il prodotto che ha a disposizione, se ritiene equivalenti i sistemi analogici e digitali ai fini della funzionalità (visualizzazione del volume).</p> <p>Lotto 51 voce 18</p> <p>Il volume del flacone deve essere idoneo alla raccolta delle feci per gli esami di routine effettuati sulle feci.</p>

		<p>Il flacone deve essere sterile.</p> <p>Lotto 51 voce 19-20 Devono essere sterili.</p> <p>Lotto 51 voce 23-24 Si possono offrire anse in altri materiali, purchè abbiano la stessa funzionalità e siano comunque sterili.</p> <p>Lotto 58 voce 01 Si conferma la base d'asta indicata.</p>
6	<p>a) Per i requisiti di carattere tecnico e professionale – DGUE parte IV sezione C), punto 1b – è possibile presentare i dati relativi al triennio 2014 – 2015 – 2016 ?</p> <p>b) Le basi d'asta unitarie sono obbligatoriamente da rispettare ?</p>	<p>a) Il requisito di carattere tecnico e professionale di cui al paragrafo 2.5 del disciplinare si intende posseduto se eseguito nei tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE (dal 29/12/2014 al 28/12/2017).</p> <p>b) Si conferma che il prezzo offerto dovrà essere inferiore od uguale al prezzo a base d'asta, per ogni lotto o sub lotto così come prescritto al paragrafo 4.4 del disciplinare di gara.</p>
7	<p>a) Lotto 40 Si richiede di specificare il fabbisogno in termini di volume o in numero di test. Qualora si scelga di indicare il numero di test si richiede di specificare anche il volume della singola determinazione. Si richiede inoltre di specificare quali reagenti devono essere compresi all'interno del kit (e.g. Bloccante perossidasi, bloccante proteico, cromogeno, ect). Al fine di soddisfare tutti i reagenti richiesti contenuti all'interno del kit, si richiede la possibilità di offrire gli stessi separatamente con codici diversi. A causa del differente fabbisogno richiesto dalle diverse aziende ospedaliere, si richiede la possibilità di offrire formati diversi dello stesso prodotto.</p> <p>b) Lotto 41 Sub-lotto 41-01 Si richiede di specificare la concentrazione del tampone EDTA richiesto. A causa del differente fabbisogno richiesto dalle diverse aziende ospedaliere, si richiede la possibilità di offrire formati diversi dello stesso prodotto.</p>	<p>a) Lotto 40</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il fabbisogno è stato indicato in termini di kit. L'offerente può offrire il kit con qualunque confezionamento il prezzo sarà comparato tenendo conto del prezzo unitario del singolo test - All'interno del kit devono essere compresi tutti i reagenti indispensabili per effettuare la metodica. E' possibile offrire tutti gli eventuali reagenti necessari singolarmente, con codici diversi. - Bisogna offrire un prodotto univoco, non è possibile offrire formati diversi dello stesso prodotto (ad un prodotto deve corrispondere un codice univoco ed un unico prezzo unitario). <p>b) Lotto 41 Sub lotto 41-01</p>

	<p>Sub-lotto 41-02 A causa del differente fabbisogno richiesto dalle diverse aziende ospedaliere, si richiede la possibilità di offrire formati diversi dello stesso prodotto.</p> <p>c) Lotto 5: LOTTO 5-05: è corretto che l'unità di misura siano gli ml e non i litri? In questo caso, chiediamo per cortesia di confermare la correttezza degli ml richiesti. LOTTO 5-08: è possibile conoscere il numero di test richiesti anziché dei litri, trattandosi di un kit?</p> <p>d) Lotto 34: LOTTO 34-09: specificare quale ematossilina di gill (se 1, 2 o 3) LOTTO 34-11: è possibile offrire in alternativa miscele alcoliche specifiche per anatomia patologica e base di etanolo assoluto, ma più performanti? LOTTO 34-12: dato che Eukitt è un nome commerciale che individua un singolo prodotto è possibile offrire un prodotto equivalente? LOTTO 34-20 e 34-21: le soluzioni richieste sono pronte all'uso o concentrate? In questo secondo caso, quale è la concentrazione richiesta?</p> <p>e) Lotto 35 LOTTO 35-03: l'Ematossilina Weigert richiesta è la A, la B, oppure sono richieste entrambe nella stessa voce?</p>	<p>- <i>la concentrazione è di 5X 100ml</i> . - Bisogna offrire un prodotto univoco, non è possibile offrire formati diversi dello stesso prodotto (ad un prodotto deve corrispondere un codice univoco ed un unico prezzo unitario). Sub-lotto 41-02 - Bisogna offrire un prodotto univoco, non è possibile offrire formati diversi dello stesso prodotto (ad un prodotto deve corrispondere un codice univoco ed un unico prezzo unitario).</p> <p>c) Lotto 5: LOTTO 5-05: Si conferma l'unità di misura ml e la quantità richiesta in gara. LOTTO 5-08 Trattandosi di kit, deve intendersi n. di Kit e non litri.</p> <p>d) Lotto 34: LOTTO 34-09 ematossilina di gill 1 LOTTO 34-11 No, non è possibile offrire in alternativa miscele alcoliche specifiche, in quanto è stato richiesto etanolo assoluto. LOTTO 34-12: Si, è possibile offrire un prodotto equivalente. LOTTO 34-20 e 34-21 Le soluzioni richieste devono essere pronte all'uso.</p> <p>e) Lotto 35 entrambe nella stessa voce</p>
8	Lotto n. 84 Prove di sensibilità manuale (Dischi a concentrazione fissa di antibiotico e strisce in plastica confezionate singolarmente con sistema a gradiente continuo e	a) Si conferma la possibilità di offrire un prodotto equivalente, con le medesime finalità diagnostiche ed ugualmente performante,

	<p>predefinito): sono richieste strisce (E-Test) in plastica confezionate singolarmente con sistema a gradiente continuo e predefinito.</p> <p>La richiesta così come formulata, è lesiva del principio di libera concorrenza e, quindi, del corretto svolgimento della gara: la descrizione identifica univocamente un prodotto commercializzato da un solo soggetto operante sul mercato del settore circoscrivendo di fatti la possibilità di partecipazione alla gara stessa, per il lotto n. 84, ad un solo operatore economico, precludendo la partecipazione ad altre ditte che pure dispongono di un prodotto equivalente, con le medesime finalità diagnostiche ed ugualmente performante, ma in strisce di carta porosa e in una ampia gamma di molecole, concentrazioni e confezionamenti differenziati (10, 30 e 100 strisce).</p> <p>Non risultano evidenze di vantaggi apportati dalla striscia in plastica piuttosto che in materiale poroso di carta: la determinazione della concentrazione minima inibente di un antibiotico attraverso il metodo delle strisce a gradiente prescinde totalmente dal materiale di cui la striscia è realizzata; le strisce in carta hanno delle performance perfettamente equiparabili alle altre, come dimostrato dalla loro larga diffusione in molti tra gli Istituti più prestigiosi in Italia e all'Estero, in oltre 80 paesi nel mondo.</p> <p>Al fine di garantire la massima trasparenza e nel rispetto del principio della la più ampia possibilità di partecipazione alla gara medesima da parte di più operatori presenti sul mercato, si chiede</p> <p>a) di integrare la descrizione del lotto n. 84 modificandola in “Prove di sensibilità manuale (Dischi a concentrazione fissa di antibiotico e strisce in plastica o carta confezionate singolarmente con sistema a gradiente continuo e predefinito)”;</p> <p>b) di considerare ugualmente corrispondenti a tutti i requisiti tecnici indicati nel Capitolato e suoi Allegati. Strisce di carta con sistema a gradiente continuo e predefinito.</p>	<p>quindi anche strisce di carta porosa.</p> <p>b) La commissione di valutazione terrà comunque conto della qualità, del confezionamento e della durata della scadenza del prodotto una volta aperta la confezione con all'interno più di una striscia.</p>
8	<p>Relativamente al lotto 31, riferimenti 01, 02, 03, 05, 06, al fine di garantire la più ampia partecipazione, ci confermate che è possibile offrire, per Aziende che abbiano a disposizione tali prodotti, Kit completi per la per la produzione di atmosfera controllata (anaerobiosi, microaerofilia e CO2) che comprendano già al loro interno sacchetti con chiusura a zip (rif. 05) e sistemi per la produzione di atmosfera controllata attivati direttamente con l'aria (senza necessità di catalizzatori, rif. 06), in numero sufficiente a coprire il numero test indicato per le voci 01, 02, 03?</p>	<p><i>Si conferma che è possibile offrire prodotti con la stessa funzione di quelli richiesti, senza la necessità di un sub-lotto e che comunque contengano all'interno di quanto offerto tutto il necessario per garantire anaerobiosi, microaerofilia o CO2, in numero sufficiente a coprire il numero test indicato per le voci 01, 02, 03.</i></p>

--	--	--