


		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA



AUTORITA' REGIONALE

Stazione Unica Appaltante

Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO

Procedura Aperta, con modalità telematica, per la fornitura triennale, di materiale di consumo, reattivi e diagnostici di uso manuale da destinare ai laboratori di analisi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

Gara Numero 6917755

N.	QUESITO	RISPOSTA
9	a. Lotto n. 28 rif. 28-17 Si chiede di specificare la composizione del terreno richiesto. b. Lotto n. 29 rif. 29-11 Si chiede se è possibile offrire il medesimo terreno con sangue di montone anziché di cavallo c. Lotto n. 30 rif. 30-09 Si chiede di confermare che per “sistema cromogenico” per identificazione germi urinari comuni” si intende terreno cromogenico pronto in piastra, trattandosi di richiesta nell'ambito di terreni di coltura pronti all'uso solidi cromogenici.	a. Qualunque terreno certificato idoneo alla identificazione selettiva del Campylobacter. b. Nel sub-lotto è stato richiesto terreno Brucella Agar + 5% sangue cavallo; è possibile offrire un terreno equivalente, la cui congruità sarà comunque valutata dalla commissione giudicatrice. c. Si conferma che per “sistema cromogenico” per identificazione germi urinari comuni” si intende terreno di coltura pronto all’uso solido in piastra o altro sistema equivalente, la cui congruità sarà valutata dalla commissione giudicatrice.
10	Confermate che non è richiesto l’invio di campionatura in questa fase di gara?	Si conferma.
11	a. In seguito della Vs. risposta al ns. quesito n. 2 Lett. b), vi esponiamo un esempio perchè possiate verificare che la Vs. richiesta di prezzo unitario con un massimo di due cifre decimali comporta una notevole difficoltà alla partecipazione in diversi lotti, visto che i prezzi espressi nel Capitolato in molti casi sono posti a tre cifre decimali. ESEMPIO: - lotto 51-04 prezzo base d'asta € 0,015 pertanto rispondendo in base alla Vs. indicazione per poter rientrare nell'ambito delle due cifre decimali si dovrebbe offrire il prodotto ad un prezzo di € 0,01 che comporterebbe uno sconto pari al 32% sulla base d'asta. Alla luce di quanto sopra esposto, riconfermiamo la richiesta di rettificare quanto previsto nel capitolato al punto 4.4 "offerta economica", prevedendo che le condizioni circa i prezzi unitari possano essere espressi fino ad un massimo di quattro decimali evitando così che diversi lotti possano andare deserti. b. Relativamente alla Vs. risposta al quesito n. 3, siamo a ribadire che il prezzo da Voi posto a base d'asta non risulta essere corretto e Vi preghiamo di fare una verifica con l'Ente per evitare che lo stesso lotto possa andare deserto.	a. Si rimanda all’errata corregge pubblicata sul nostro sito in data 23/01/2018. b. Si conferma.
12	Per il lotto n. 42, siamo a chiedere di estrapolare i riferimenti n.42-18, 42-19, 42-23, 42-26 creando un sub lotto inserendo questi articoli in quanto individuano un'unica ditta produttrice. Questo per garantire una più ampia partecipazione.	Si tratta di provette comunemente presenti nel mercato; ove non reperibili da parte della Vs Azienda, è possibile offrire un prodotto equivalente, che abbia le stesse funzionalità; l’equivalenza sarà comunque valutata dalla commissione giudicatrice.

13	Nel documento “Allegato 1 – Elenco fabbisogno”, relativamente al lotto 8, alla riga 8-02 e 8-13 viene riportato lo stesso dosaggio “Benzodiazepina (test singolo su urine)” con fabbisogni differenti per le due righe. Vi chiediamo gentilmente di chiarire se trattasi di refuso e, nel caso, qual è il fabbisogno corretto.	Bisogna rispondere con offerta ad ogni singolo sub-lotto, eventualmente anche con lo stesso prodotto, la cui congruità sarà comunque valutata dalla commissione giudicatrice.
14	a. LOTTO 5 Voce 5-05 Si chiede di verificare l’unità di misura, espressa in ml, richiesta per tale voce. Si tratta di refuso? b. LOTTO 10 Si chiede di verificare la richiesta alla Voce 10-19 e alla Voce 10-25, in quanto trattasi di stessa richiesta. Si tratta di refuso? c. LOTTO 80 Voce 80-02 Si chiede di specificare con maggiori dettagli la voce o indicare la tipologia di supporto che si intende usare. d. LOTTO 10 Voce 10-05 Richiesta rettifica Lotto Si chiede di verificare la richiesta “C. difficile – identificazione ceppo ipervirulento 027 in campioni fecali”. Secondo analisi di mercato svolta dalla nostra Azienda, ci risulta che tale test venga prodotto da un’unica Azienda presente sul mercato, non permettendo ad altre Aziende di rispondere al Lotto; si chiede dunque, di rettificare lo stesso eliminando la richiesta di cui alla suddetta voce.	a. No. b. Bisogna offrire ad ogni singolo sub-lotto, eventualmente anche con lo stesso prodotto. c. Si può offrire qualunque prodotto/supporto che consenta un test rapido dei patogeni indicati in ogni sub-lotto. d. Si può offrire qualunque test equivalente in monodeterminazione, con sistema immunocromatografico/card, per la ricerca di AG/AB del C. difficile.
15	LOTTO 43 Busta C “Offerta Economica” PAG 16 DISCIPLINARE DI GARA: "Poichè le basi d’asta unitarie delle voci che compongono il lotto 43 non consentono alla scrivente di produrre un’offerta remunerativa, come richiesto dall’attuale legislazione in materia e confermato dalla giurisprudenza e dall’Autorità in merito, si chiede di poter presentare offerta in deroga a tali limiti, pur assicurando il rispetto della base d’asta complessiva prevista per i rispettivi lotti. Questo consentirebbe inoltre l’introduzione di importanti elementi di innovazione a sicuro vantaggio degli utilizzatori del sistema e dei pazienti."	Non è possibile inserire prezzi unitari superiori a quelli indicati nell’allegato 4 Schema Offerta
16	Lotto83 Si chiede cortesemente di specificare su quale tecnologia si devono basare i test richiesti e/o se test basati su RealTime PCR sono ammessi	Qualunque tecnologia idonea per la determinazione di acidi nucleici di quanto richiesto nel lotto.

17	Nel compilare l' "Allegato 4 – Schema offerta lotto ..." abbiamo notato che non è consentito inserire prezzi superiori a quelli previsti per le singole voci di gara. In alcuni casi gli importi previsti, probabilmente a causa di un mero refuso o errore di battitura, risultano essere nettamente inferiori rispetto ai prezzi medi di mercato. Succede quindi che gli operatori economici, pur essendo in grado di rispondere con un'offerta complessiva per il lotto perfettamente al di sotto rispetto alla base d'asta totale del lotto stesso, si trovano di fronte ad un sistema che impedisce di produrre l'offerta e quindi di partecipare alla gara. Considerando che la gara prevede l'aggiudicazione per lotto e non per singola voce, Vi chiediamo quindi se, per non limitare comunque la partecipazione delle aziende, è possibile "sbloccare" le celle dell' "Allegato 4 – Schema offerta lotto ..." in modo da consentire l'immissione di importi superiori a quelli previsti per ogni singola voce, fermo restando l'obbligo di mantenere l'offerta complessiva al di sotto della base d'asta totale prevista per il lotto a cui si partecipa.	Non è possibile inserire prezzi unitari superiori a quelli indicati nell'allegato 4 Schema Offerta.
18	a. Lotto 45 – voce 01 La pipetta deve essere confezionata singolarmente o accettate sterile in confezione multipla (es: blister da 5 pz) ? b. Lotto 45 – voce 11 Il tampone deve essere confezionato in provetta o in blister di carta/plastica ? c. Lotto 47 – voce 10 Si chiede conferma delle reperibilità nel mercato di questo articolo. Si chiede di cancellare dal lotto in quanto se esclusivo di una ditta in particolare, limita la partecipazione al lotto come da art. 68 D.Lgs 50/2016. d. Lotto 51 – voce 25 E' possibile avere maggiori informazioni circa il prodotto a questa voce , una fotografia o un codice di qualche ditta di riferimento ? e. Lotto 55 – voce 03 e 04 Viene accettato portaprovette in policarbonato ? f. Lotto 88 – voce 03 La quantità indicata è intesa come numero di PROVETTE o numero di STRIP ?	a. Deve essere confezionata singolarmente. b. Il tampone deve essere confezionato in plastica. c. Esiste quanto richiesto nel mercato. Resta comunque inteso, quanto prescritto all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto. d. Le informazioni sono dettagliatamente descritte nel sub-lotto. e. Si può offrire un prodotto equivalente, purché abbia le stesse caratteristiche per l'utilizzo richiesto, così come prescritto all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto. f. Strip da 8 tubi.

19	Confermate che quanto riportato al paragrafo 4.4 del Disciplinare di gara “I prezzi offerti potranno essere espressi con un numero massimo di due cifre decimali. Si precisa inoltre, che il prezzo offerto dovrà essere inferiore od uguale al prezzo a base d’asta”, intendete che il massimo dei DUE DECIMALI deve essere rispettato nell’importo complessivo offerto e non nei prezzi unitari ? Questo perché, dovendo rispettare delle basi d’asta unitarie, potrebbe essere necessario alla ditte concorrenti offrire prezzi con più di due decimali per rendere l’offerta conveniente. Dato che la tipologia dei prodotti in molti lotti ha valori estremamente bassi (provette, tappi, puntali, anse) risulta difficile dare un valore al singolo di due soli decimali. Si chiede di precisare quanto esposto.	Si rimanda all’errata corrige pubblicata sul nostro sito in data 23/01/2018.
20	Lotto 59 – voce 04 a. Che volume devono avere i pozzetti di questa piastra? b. Con quali termociclatori devono essere compatibili ? c. Che tipo di bordo devono avere?	a. Il volume comunemente utilizzato per la PCR. b. Tutti. c. Idoneo per la PCR.
21	Lotto 75 determinazione del CD14 solubile sottotipo sCD14-ST (Presepsina), cig: 730618241E Poichè nel Disciplinare di gara, a pagina 4, al punto 1.5 Criterio di valutazione è stato inserito nei lotti soggetti al Criterio di Valutazione del minor prezzo in quanto le caratteristiche dei prodotti sono standardizzate e ben definite dal mercato. Mentre nel Capitolato Speciale di appalto, a pagina 3, art. 4 - Formulazione offerta tecnica, il lotto n.75 si trova nel gruppo dei lotti soggetti a Valutazione qualitativa, pertanto l’operatore dovrà compilare, oltre ad allegare la varia documentazione tecnica richiesta, la tabella Parametri di Valutazione di cui all’Allegato n. 3 del Disciplinare. Però il Lotto n. 75 non è riportato nell’Allegato 3 – Parametri di Valutazione punteggio criterio qualità : max punti 70. Pertanto restiamo in attesa di un celere chiarimento in merito all’offerta tecnica del lotto n.75, non sapendo in quale griglia di parametri inserirlo visto che manca la tabella parametri di questo lotto.	Il lotto n. 75 sarà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso, pertanto il concorrente dovrà inserire la relativa documentazione tecnica.

22	Il files “allegato 4 schema offerta economica Lotto.....” il campo “prezzo offerto a confezione” presenta delle criticità che non consentono l'inserimento del valore offerto corretto: il prezzo a confezione (corrispondente al prodotto tra il prezzo unitario offerto) viene segnalato come valore non compreso tra quello indicato a base d'asta e zero, benché il prezzo unitario offerto sia inferiore a quello unitario posta a base d'asta, analogamente il campo “Prezzo di listino a confezione” non consente di inserire correttamente il dato richiesto: compare la segnalazione “valore non compreso tra il prezzo a base d'asta e il valore zero.	Non si evince tale problematica. In ogni caso è possibile allegare allo schema offerta di cui all'allegato 4 un foglio excel che riporti tutti i dati necessari e che non possono essere inseriti nel suddetto allegato.
23	Lotto n. 84. In merito all'allegato 4- schema offerta economica lotto n.84 - Prove di sensibilità manuale (Dischi a concentrazione fissa di antibiotico e strisce in plastica confezionate singolarmente con sistema a gradiente continuo e predefinito) nel modello offerta economica del lotto 84 vi è solo una singola riga dove si può inserire un codice-prodotto per singola voce. Nel formulare l'offerta economica secondo il modello indicato per i sub lotti: 84-01,84-02,84-03,84-04, vi è la necessità, come richiesto e riportato sull'allegato n. 1 -elenco fabbisogni, di inserire, per singola voce più prodotti, codici e descrizioni differenti. Pertanto, visto che per singola voce nel modello offerta economica lotto n. 84 vi è solo una singola riga dove si può inserire un codice-prodotto, si chiede di precisare, al fine di poter partecipare, la modalità per poter inserire per singola voce sub-lotto più codici, prodotti e prezzi diversi.	E' possibile allegare allo schema offerta di cui all'allegato 4 un foglio excel che riporti tutti i dati necessari e che non possono essere inseriti nel suddetto allegato.
24	Nel documento “Allegato 1 – Elenco fabbisogno”, relativamente al lotto 8, alla riga 8-03 e 8-16 sono riportate due descrizioni diverse per la stessa sostanza (Cannabinoidi e Mariuana) con fabbisogni differenti per le due righe. Vi chiediamo gentilmente di chiarire se trattasi di refuso e, nel caso, qual è il fabbisogno corretto.	Bisogna rispondere con offerta ad ogni singolo sub-lotto, eventualmente anche con lo stesso prodotto, la cui congruità sarà comunque valutata dalla commissione giudicatrice.
25	a. LOTTO 8 Voci 8-03 / 8-16 In riferimento alla voce 8-03 vengono richieste n. 3.290 det./anno di “Cannabinoidi (test singolo su urine); alla voce 8-16 vengono richieste n. 1.600 det./anno di “Mariuana (test singolo su urine). A nostra conoscenza sono due modi diversi di denominare la stessa molecola. Chiediamo se trattasi di refuso e, se così fosse, quali delle due quantità è quella corretta ai fini della gara. b. LOTTO 8 Voci 8-02 / 8-13 In riferimento alla voce 8-02 vengono richieste n. 2.190 det./anno di “Benzodiazepina (test singolo su urine); alla voce 8-13 vengono richieste n. 1.540 det./anno di	a. Bisogna rispondere con offerta ad ogni singolo sub-lotto, eventualmente anche con lo stesso prodotto, la cui congruità sarà comunque valutata dalla commissione giudicatrice. b. Bisogna rispondere con offerta ad ogni singolo sub-lotto, eventualmente anche con lo stesso prodotto, la cui congruità sarà comunque valutata dalla commissione giudicatrice.

	“Benzodiazepina (test singolo su urine). Chiediamo se trattasi di refuso e, se così fosse, quali delle due quantità è quella corretta ai fini della gara. c. LOTTO 9 Voce 9-11 Influenza A, Influenza B, RSV, Adenovirus. Ci risulta essere un prodotto unico sul mercato che limita la pluralità di offerte, impedendo agli operatori interessati di rispondere a questo lotto; tale limitazione compromette anche, per la Vs. Spettabile Stazione Appaltante, la garanzia di concorrenza tra più Aziende. Si richiede pertanto: - in prima istanza che venga rimosso il test; - in seconda istanza che, per il principio di equivalenza, possano essere offerti due dispositivi così combinati: Card 1 Influenza A, Influenza B – Card 2 RSV, Adenovirus. Quanto sopra, mantenendo le quantità da Voi richieste nel rispetto della base d’asta complessiva.	c. Possono essere offerti due dispositivi che complessivamente consentano di rispondere alla richiesta, la cui congruità sarà comunque valutata dalla commissione giudicatrice.
26	a. Lotto 27 Richiesta di non esclusione dal lotto per non risposta del punto 27 - 09 in quanto i nostri flaconi per emocoltura non richiedono un sistema di prelievo specifico. b. Lotto 28 Il prodotto richiesto nel punto 28-19 potrebbe, a nostra conoscenza, ridurre (ad una sola azienda) il numero di società offerenti. Si richiede la sua cancellazione o la non esclusione dal lotto in caso di mancata quotazione c. Lotto 31 Si richiedono chiarimenti tecnici (composizione o denominazione dei terreni per trasporto) per i punti 31-07, 31-08, 31-09. d. Data la complessità della proposta si richiede la posticipazione per la presentazione della documentazione di almeno 30 giorni.	a. E’ comunque necessario offrire un sistema di prelievo che sia idoneo per i flaconi offerti. b. E’ necessario offrire un terreno di coltura equivalente usato comunque per l’isolamento e la coltura di micobatteri. c. E’ necessario offrire un terreno di trasporto comunemente utilizzati per anaerobi, per biopsia gastrica e per materiali biologici. d. Si conferma la scadenza della presentazione delle offerte.
27	Lotto n. 34 – voci 20 e 21 : si chiede di chiarire l’utilizzo dei prodotti elencati, in quanto dalla descrizione non è evincibile.	Voce 20: Soluzione in fase acquosa per sparaffinare e pretrattare campioni in paraffina buffer ph 6 per il consueto utilizzo in anatomia patologica Voce 21: Soluzione in fase acquosa per sparaffinare e pretrattare campioni in paraffina buffer ph 8 con tensioattivo per il consueto utilizzo in anatomia patologica.
28	a. Se la documentazione tecnica allegata (dichiarazione rivendita esclusiva, schede	a. Non è possibile. È consentito presentare direttamente in lingua

	tecniche ecc...) sono in lingua straniera possiamo allegare traduzione in lingua italiana con autocertificazione dove attestiamo che la traduzione riporta fedelmente il testo della documentazione presentata? b. I prodotti offerti non necessitano di manuali in quanto sono consumabili, possiamo produrre una dichiarazione in cui si attesta quanto sopra oppure dobbiamo allegare nuovamente le schede tecniche dei prodotti? c. Se i prodotti offerti non hanno bibliografie scientifiche e lettura scientifica dobbiamo produrre dichiarazione o semplicemente non allegiamo quanto richiesto? Se dobbiamo produrre dichiarazione che tipo di dichiarazione dobbiamo fare? d. Si segnala inoltre che il prospetto excel dell'offerta economica non prevede la possibilità di allargare le celle in quanto file protetto, si richiede pertanto di poter avere il file sbloccato nella parte da compilare in quanto nella trasformazione del file in pdf i campi, se troppo lunghi, si sovrappongono alle altre colonne e non viene visualizzata l'intera dicitura riportata nelle celle.	inglese la seguente documentazione, in copia semplice: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali, bibliografie scientifiche e certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. b. Se non esiste un manuale è comunque indispensabile allegare scheda tecnica/modalità d'uso. c. Se non sono disponibili bibliografie scientifiche e lettura scientifica occorre allegare dichiarazione di non disponibilità, da presentare con le stesse modalità delle altre dichiarazioni d. Non è stata richiesta la trasformazione del file in formato PDF. Il suddetto file deve essere caricato a sistema in formato excel.
29	a. In riferimento al lotto n. 5, voci 9, 10 e 12, si chiede conferma delle basi d'asta e delle unità di misura indicate. b. In riferimento al lotto n. 34, voci 18 e 19, si chiede conferma delle basi d'asta. c. Al Lotto n. 37, voce 9, in corrispondenza della colonna "Importo complessivo offerto annuale", manca la formula, pertanto il file non si autocompila correttamente. Non ci è possibile modificarlo, pertanto si chiede di inviare file corretto. d. Lotto n. 39, per tutte e 3 le voci si chiede di verificare e confermare basi d'asta unitarie e rispettive unità di misura, in quanto non risultano congrue con quanto dovrebbe essere offerto. e. Lotto n. 56, voci 4 e 5: si chiede di confermare che i vetrini richiesti siano polarizzati, in quanto la base d'asta risulta altamente inferiore alla media di mercato di tale tipologia di vetrino.	a. Si confermano le basi d'asta e le unità di misura indicate. b. Si confermano le basi d'asta. c. Viene ripubblicato il modello nella versione aggiornata che annulla e sostituisce il precedente. In ogni caso è possibile allegare allo schema offerta di cui all'allegato 4 un foglio excel che riporti tutti i dati necessari e che non possono essere inseriti nel suddetto allegato. d. Si confermano le basi d'asta e le unità di misura indicate. e. Si conferma quanto richiesto nei sub-lotti 4 e 5 del lotto 56.

	f. Lotto n. 61, voce 2: si chiede di confermare la base d'asta, in quanto non congrua con quanto richiesto. g. Lotto n. 63: si chiede, vista la differente tipologia di lame inserite, di poter scorporare il lotto in due distinti (voci 1-2-3-4-8-9 e voci 5-6-7-10-11-12-13-14); la totalità delle lame da Voi richieste è attribuibile ad una sola azienda e non permette la partecipazione della concorrenza. h. Considerato tutto quanto sopra, si chiede una proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte, onde consentire la presentazione di un'offerta congrua.	f. Si confermano le basi d'asta. g. Non è possibile. Si può offrire un prodotto equivalente, purché abbia le stesse caratteristiche per l'utilizzo richiesto, così come prescritto all'art. 5 del capitolato speciale d'appalto. h. Si conferma la scadenza della presentazione delle offerte.
30	a. QUESITO 1 4.4 Busta C "Offerta Economica" PAG 16 DISCIPLINARE DI GARA: "...I prezzi offerti potranno essere espressi con un numero massimo di due cifre decimali." Nel rispetto del principio generale di ragionevolezza chiediamo di prevedere per il lotto 42 e 43 l'utilizzo di almeno tre cifre decimali per rendere le offerte maggiormente significative e comparabili. Infatti, più decimali permetterebbero di non appiattire le offerte dei diversi concorrenti, di apprezzare maggiormente le differenze e quindi aumentare la competitività della procedura, tenendo in considerazione l'elevato numero di pezzi richiesti rispetto a tutti gli altri lotti della procedura (lotto 42: circa 30 milioni di pezzi; lotto 43: circa 2 milioni e mezzo di pezzi). Chiediamo di confermare. b. QUESITO 2 4.3 Busta B "Offerta Tecnica" DISCIPLINARE DI GARA Nel Disciplinare di gara a pagina 16 troviamo: Alla pagina 3 del Capitolato speciale D'appalto si chiede "Bibliografie scientifiche e Letteratura Scientifica a carattere nazionale ed internazionale pubblicata a supporto dell'efficacia dei prodotti in gara". Ricordiamo che la lingua ufficiale della Bibliografia Scientifica è l'inglese e pertanto si chiede la possibilità di allegare detti documenti in lingua originale (inglese) al fine di preservarne l'integrità e di poterli fornire (coperti da copyright) nella loro interezza. c. QUESITO 3 4.3 Busta B "Offerta Tecnica" DISCIPLINARE DI GARA A pagina 16, punto 2 del DISCIPLINARE DI GARA viene riportato "...Traduzione in lingua Italiana a norma di Legge "()". A tal proposito si chiede la possibilità di allegare i certificati di conformità, CE e le certificazioni ISO in lingua originale (inglese) ovvero allegare una traduzione in	a. Si rimanda all'errata corregge pubblicata sul nostro sito in data 23/01/2018. b. È consentito. c. Si conferma.

italiano del documento accompagnata da una dichiarazione di conformità all'originale a firma del legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000. d. QUESITO 4 Art. 4 – Formulazione Offerta Tecnica pag 3. Schede tecniche in originale, per ogni singolo Lotto e tutti i Sub-Lotti offerti, con su indicato obbligatoriamente, pena esclusione: - il numero di lotto e sub-lotto del prodotto offerto, come da numerazione indicata nell'Allegato elenco fabbisogno; - descrizione prodotto - codice prodotto del Fornitore; - codice prodotto del Produttore-Fabbricante; - codice CND (non a pena di esclusione) ; - numero di pezzi per confezione per ogni sub-lotto e lotto; - eventuale numero di test eseguibili per confezione; - relazione dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri valutativi previsti per ogni singolo lotto; - eventuali depliant per la migliore illustrazione di quanto offerto; - eventuale altra documentazione ritenuta idonea per lo stesso fine. Si chiede che gli ultimi 3 punti: - relazione dalla quale si evinca la rispondenza ai criteri valutativi previsti per ogni singolo lotto; - eventuali depliant per la migliore illustrazione di quanto offerto; - eventuale altra documentazione ritenuta idonea per lo stesso fine. non debbano essere inseriti all'interno delle schede tecniche dei prodotti, ma in singoli documenti separati (in quanto trattasi di materiale non inerente ad una Scheda Tecnica). e. QUESITO 5 A pagina 20 quarto capoverso del disciplinare di gara troviamo: Al fine di non alterare i pesi stabiliti per il criterio qualità e il criterio prezzo, se nessun concorrente ottiene sull'elemento criterio qualità il punteggio pari al punteggio max assegnato allo stesso, è effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Le offerte tecniche che a seguito di attribuzione dei punteggi come sopra indicati avranno ottenuto, un punteggio inferiore a 42 verranno escluse, per il lotto relativo, alle fasi successive della gara. La determinazione di un punteggio minimo ha l'obiettivo di garantire un livello minimo di qualità, effettuare la riparametrazione prima della verifica del punteggio minimo vanificherebbe l'azione. Chiediamo di confermare che la verifica del punteggio inferiore a 42 verrà effettuata prima della riparametrazione per il criterio qualità.	d. Si conferma la possibilità di offrire documenti separati con le informazioni richieste. e. Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara.
--	---

	f. A pagina 3 dell'allegato 3 "Parametri valutazione" troviamo: Dispositivo di sicurezza parte integrante dello stesso (non mobile e non un accessorio); sicurezza su camicia. Chiediamo di chiarire l'assegnazione di tale punteggio: infatti la presenza della sicurezza sulla camicia non è compatibile con l'utilizzo di aghi a farfalla. g. Art. 4 – Formulazione Offerta Tecnica pag 3. Schede tecniche in originale, per ogni singolo Lotto e tutti i Sub-Lotti offerti, con su indicato obbligatoriamente, pena esclusione: “-numero di pezzi per confezione per ogni sub-lotto e lotto”; cosa si intende? È sufficiente indicare il numero dei pezzi contenuti per ogni confezione offerta per ogni singolo prodotto offerto?	f. Nel parametro è valutata la presenza di sicurezza su camicia, indipendentemente dall'utilizzo dell'ago a farfalla. g. Sì, è sufficiente indicare il numero dei pezzi contenuti per ogni confezione offerta per ogni singolo sub-lotto offerto.
31	a. In riferimento al Lotto 85) Dispositivi di prelievo ad alta resa (tamponi floccati), trasporto ed arricchimento di campioni biologici per indagini microbiologiche - compatibili con strumentazione automatica per la gestione della fase preanalitica e/o di semina su piastre di Petri. Si chiede: Trattandosi di una procedura aperta per la fornitura triennale di materiale di consumo, reattivi e diagnostici di uso manuale, i dispositivi di prelievo trasporto e arricchimento richiesti sono da intendersi per uso manuale o automatico? b. Se tali dispositivi fossero da intendersi per uso su strumentazione automatica, si prega di specificare i sistemi automatici di semina su piastre Petri disponibili presso i vostri laboratori al fine di consentire la formulazione di un'offerta congrua.	a. E' chiaramente indicato nella descrizione del lotto: "Dispositivi di prelievo ad alta resa (tamponi floccati), trasporto ed arricchimento di campioni biologici per indagini microbiologiche - compatibili con strumentazione automatica per la gestione della fase preanalitica e/o di semina su piastre di Petri". b. Sui sistemi automatici di semina su piastre Petri disponibili nei laboratori aderenti alla gara.
32	In riferimento all'Allegato 3 Parametri di valutazione, pag. 4, Lotti 45, 46, 47, 48, 49, 50, 59: si chiede di chiarire se il "Servizio di calibrazione" (punto 3), deve essere incluso nella fornitura o deve essere garantito a seguito della richiesta da parte dell'Azienda Appaltante, previo invio del preventivo di spesa.	Il "Servizio di calibrazione" (punto 3) sarà valutato se incluso nella fornitura ed attivato a seguito della richiesta da parte dell'Azienda.
33	a. Nel disciplinare di gara al punto 4.3 Busta B "offerta tecnica" punto 2.B1. offerta tecnica viene indicato di redarre l'offerta tecnica secondo i criteri indicati all'Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, in quest'ultimo viene indicato anche il listino prezzi ufficiale: è corretto inserire voci di prezzo nella busta tecnica? b. In riferimento al lotto n. 8 dalla voce 8-01 alla voce 8-30 con la presente si chiede se il test rapido deve essere in formato card o strip.	a. Si conferma, in quanto il listino prezzi ufficiale è un documento diverso rispetto all'offerta economica. b. Può essere offerto, non essendo specificato un tipo particolare, qualunque metodo ritenuto idoneo a rispondere adeguatamente alla richiesta.

	c. Sempre in riferimento al lotto n. 8 alla voce 8-31 si chiede se il test debba essere in formato card o cup (bicchiere).	c. Può essere offerto, non essendo specificato un tipo particolare, qualunque metodo ritenuto idoneo a rispondere adeguatamente alla richiesta.
34	Lotto 85 Nell' "Allegato 4 – Schema offerta lotto ..." abbiamo notato che non è possibile inserire prezzi superiori a quelli previsti per le singole voci di gara. Ad esempio, in certi casi, gli importi previsti risultano essere molto minori rispetto al prezzo medio di mercato. Si può verificare quindi quanto segue: anche se un operatore economico è in grado di offrire complessivamente il lotto al di sotto della base d'asta totale del lotto stesso, ci si può trovare davanti alla difficoltà di produrre l'offerta, difficoltà dovuta alla struttura del sistema di inserimento dell'offerta. Si richiede dunque, poiché la gara prevede l'aggiudicazione per lotto e non per singola voce, se sia possibile "sbloccare" le celle dell' "Allegato 4 – Schema offerta lotto ..." in modo tale da permettere di proporre importi maggiori a quelli previsti per ogni singola voce senza comunque superare complessivamente la base d'asta totale prevista per il lotto a cui si partecipa.	Non è possibile inserire prezzi unitari superiori a quelli indicati nell'allegato 4 Schema Offerta.
35	Qualora un test sia composto da più articoli, si richiede la possibilità di inserire delle righe aggiuntive nell' "Allegato 4 – Schema Offerta", oppure se possono essere inseriti più prodotti nelle singole celle, conteggiando un unico prezzo unitario.	E' possibile allegare allo schema offerta di cui all'allegato 4 un foglio excel che riporti tutti i dati necessari e che non possono essere inseriti nel suddetto allegato.
36	a. Lotto 34 - Sub-lotto 34-14 è corretto che l'unità di misura siano gli ml e non i litri? In questo caso, chiediamo per cortesia di confermare la correttezza degli ml richiesti. b. Lotto 38 - Sub-lotto 38-04 è corretto che l'unità di misura siano gli ml? In questo caso, chiediamo per cortesia di confermare la correttezza degli ml richiesti. c. Lotto 61 - Sub-lotto 61-02 Si chiede se la base d'asta di € 8,00 sia corretta.	a. Si conferma quanto indicato nei fabbisogni. b. Si conferma quanto indicato nei fabbisogni. c. Si conferma quanto indicato nei fabbisogni.
37	In riferimento alla procedura: "Procedura aperta, con modalità telematica, per la fornitura triennale di materiale di consumo, reattivi e diagnostici di uso manuale da destinare ai laboratori di analisi delle Az. Sanitarie ed Osp." e nello specifico relativamente alla Vs. risposta di chiarimenti n. 1 lettera b, siamo a chiedere conferma se dev'essere inserito il listino prezzi nella documentazione tecnica, ritenendo che tale richiesta possa essere più coerente da allegare all'interno dell'offerta economica.	Si conferma, trattandosi di documentazione diversa rispetto all'offerta economica.
38	LOTTO 26 In riferimento al Lotto 26, la Vs. Spettabile Stazione Appaltante richiede:	Si conferma quanto indicato nei fabbisogni.

	- dalla voce 1 alla voce 16 (inclusa) test che prevedono “metodo agglutinazione rapida” ovvero qualitativo indicando come valore a base d’asta € 0,10; - dalla voce 17 alla voce 48 (inclusa) test che prevedono “metodo agglutinazione in provetta” o “metodo agglutinazione in micropiastra” ovvero semiquantitativo indicando come valore a base d’asta € 0,10. Si chiede se trattasi di refuso o di errore, in quanto è impossibile remunerare con lo stesso importo un test qualitativo e un test quantitativo; immaginiamo che l’importo errato sia quello relativo ai test quantitativi.	
39	In riferimento all’Allegato 4 “Modelli offerta economica lotto da n. 1 a n. 88”, qualora si presenti l’esigenza di offrire per una singola voce richiesta diverse referenze (es. Kit del reagente + eventuale controllo esterno e/o materiale accessorio), si chiede dove poter inserire questi ulteriori prodotti ed il relativo numero di confezioni adeguato alle esigenze della Stazione Appaltante, visto che al riguardo, nei suddetti Modelli di offerta, non sono previste ulteriori righe (per inserire ulteriori prodotti a corredo del Kit principale) e colonne (n. Kit offerti).	E’ possibile allegare allo schema offerta di cui all’allegato 4 un foglio excel che riporti tutti i dati necessari e che non possono essere inseriti nel suddetto allegato.
40	In riferimento al lotto 43 si chiede di confermare che Se la sicurezza è presente sull’ago le voci 43-01.43-02. 43-04. Richiedo un offerta di aghi con sicurezza integrata. Se la sicurezza è presente sulla camicia la voce 43-07. Richiede un offerta di camicie (holder) con sicurezza integrata. In ogni caso si chiede di confermare che è richiesta un’offerta di soli sistemi di sicurezza e che non saranno accettate offerte di sistemi senza sicurezza integrata. In riferimento al lotto 43 si chiede: Per La voce 43-07 camicie (holder) è richiesto un fabbisogno annuo totale di 2160300pz. Lo stesso dispositivo dovrebbe essere montato sulle voci 43-01.43-02. 43-04. 43-05. 43-06 il cui ammontare complessivo è di 3587800pz. Risulterebbe quindi che 1427500 aghi non avrebbero un holder a cui essere assemblati. Sembra che il fabbisogno della voce 43-07 soddisfi solo i fabbisogni delle voci 43-01.43-02. 43-04 e non prenda in considerazione le voci 43-05. 43-06. Si chiede quindi di confermare il fabbisogno della voce 43-07 e indicare se possibile a quali voci dello stesso lotto verrà assemblato il dispositivo.	Si confermano le descrizioni ed i quantitativi indicati nei fabbisogni.
41	a. In riferimento all’importo totale di ogni Lotto posto a base d’asta, si chiede se lo stesso è vincolante in relazione al Lotto nel suo complesso o se tale vincolo sussiste anche per ciascuna voce che compone il singolo Lotto; in particolare, si chiede se per alcune singole voci è possibile offrire un importo superiore rispetto a quello stabilito per la base d’asta, nel rispetto comunque del totale complessivo del Lotto posto a base	a. Non è possibile inserire prezzi unitari superiori a quelli indicati nell’allegato 4 Schema Offerta.

d'asta. b. LOTTO 9 Voce 9-05 Antigeni Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus, Norovirus nelle feci: risulta essere un prodotto unico sul mercato che limita la pluralità di offerte, impedendo agli operatori interessati di rispondere a questo lotto. Tale limitazione compromette anche, per la Stazione Appaltante, la garanzia di concorrenza tra più Aziende. Si richiede pertanto: - in prima istanza che venga rimosso il test; - in seconda istanza che, per il principio di equivalenza, venga consentito di offrire gli stessi 4 antigeni su tre diversi dispositivi così combinati: Card 1 Antigene Adenovirus+Rotavirus – Card 2 Antigene Astrovirus – Card 3 Antigene Norovirus, mantenendo le quantità da Voi richieste nel rispetto della base d'asta complessiva. c. Vista la complessità dei vari Lotti e vista l'imminente scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, per poter predisporre il progetto economico e tecnico nel modo più dettagliato e adeguato alle Vostre esigenze anche e soprattutto in funzione delle risposte fornite dal Vs. Spettabile Ente, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la Servizi Diagnostici S.r.l. chiede una proroga di almeno 10 giorni del termine ultimo di scadenza.	b. Si conferma la possibilità di offrire di offrire 4 antigeni separatamente o con diverse combinazioni. c. Si conferma la scadenza della presentazione delle offerte.
---	--