




REGIONE CALABRIA

# AUTORITA' REGIONALE

## Stazione Unica Appaltante



S.U.A.  
Calabria

**Oggetto:** PROCEDURA APERTA CON MODALITA' TELEMATICA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE E DI DISPOSITIVI CORRELATI AL LORO IMPIANTO DA DESTINARE ALLE AZIENDE OSPEDALIERE E SANITARIE DELLA REGIONE CALABRIA. **GARA N. 8054816.**

### RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI del 08/09/2021


#### FAQ N. 7

	QUESITO	RISPOSTA
1	Relativamente al LOTTO 8, lo stelo richiesto deve essere cementato o non cementato?	<i>Si intende cementato.</i>
2	Relativamente al LOTTO 8, il cotile a doppia mobilità richiesto deve essere cementato o non cementato?	<i>Si intende cementato.</i>
3	Nell'allegato Fabbisogni e basi d'asta, al LOTTO 10, il CND della componente 1 (Stelo cementato) è indicato come P090804010201. Confermate che si tratta di refuso è che il CND corretto è invece P090804010101?	<i>Trattasi di refuso.</i>
4	Chiediamo se è possibile rispondere al LOTTO 12 con i soli tappi riassorbili.	<i>Si, è possibile.</i>
5	Nell'allegato Fabbisogni e basi d'asta, al LOTTO 14, alla colonna COMPONENTI, le diciture "STELO IN METALLO, MODULO PROSSIMALE CON ALETTE ANTIROTAZIONALI ED ESTREMITÀ RASTREMATA" e "INSERTO IN POLIETILENE DA CEMENTARE, CON REPERE METALLICO CIRCOLARE, NELLE TAGLIE CORRISPONDENTI AI COTILI DA REVISIONE IN TANTALIO", sono dei refusi?	<i>Vedi risposta Faq n.6 quesiti 6 e 7.</i>
6	Quante viti è necessario offrire per l'impianto tipo del LOTTO 16?	<i>Almeno 2.</i>
7	Chiediamo se è possibile rispondere al LOTTO 24 con il solo cemento semplice senza antibiotico.	<i>Si, è possibile.</i>



REGIONE CALABRIA

## AUTORITA' REGIONALE *Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

<b>8</b>	Nell'allegato Fabbisogni e basi d'asta, al LOTTO 28, nella colonna COMPONENTI viene richiesta una COMPONENTE TIBIALE ANATOMICA DX/SX, mentre nella colonna IMPIANTO TIPO, viene richiesta una COMPONENTE TIBIALE SIMMETRICA. Confermate che il prodotto effettivamente richiesto sia una COMPONENTE TIBIALE ANATOMICA DX/SX?	<i>Si conferma componente tibiale anatomica dx/sx.</i>
<b>9</b>	Nell'allegato Fabbisogni e basi d'asta, al LOTTO 29, nella colonna COMPONENTI viene richiesta una COMPONENTE TIBIALE ANATOMICA DX/SX, mentre nella colonna IMPIANTO TIPO, viene richiesta una COMPONENTE TIBIALE SIMMETRICA. Confermate che il prodotto effettivamente richiesto sia una COMPONENTE TIBIALE ANATOMICA DX/SX?	<i>Si conferma componente tibiale anatomica dx/sx.</i>
<b>10</b>	Nell'allegato Fabbisogni e basi d'asta, al LOTTO 30, si intende COMPONENTE TIBIALE ANATOMICA E/O SIMMETRICA?	<i>Si conferma la possibilità di offrire impianto tipo anatomico e/o simmetrico.</i>
<b>11</b>	Rispettando il CND indicato nell'allegato Fabbisogni e basi d'asta, è possibile offrire più prodotti per lo stesso componente, proponendoli allo stesso prezzo?	<i>Si, è possibile.</i>
<b>12</b>	Nell'allegato Fabbisogni e basi d'asta, al LOTTO 5, il CND della componente 1 (Stelo corto) è indicato come P090804010201. Confermate che si tratta di refuso è che il CND corretto è invece P090804010204?	<i>Trattasi di refuso. Si intende anche il CND P090804010204.</i>
<b>13</b>	Nell'allegato Fabbisogni e basi d'asta, al LOTTO 7, la componente 5 è descritta come "INSERTO IN POLIETILENE, ANCHE CON SPALLETTA, COMPATIBILE CON TESTE DI VARI DIAMETRI". Chiediamo se la dicitura "ANCHE CON SPALLETTA" sia un refuso.	<i>Trattasi di refuso.</i>
<b>14</b>	Nell'allegato Fabbisogni e basi d'asta, al LOTTO 7, il CND della componente 4 (Cotile a doppia mobilità) è indicato come P090803010201. Confermate che si tratta di refuso è che il CND corretto è invece P090803050102?	<i>Si. Trattasi di refuso. CND corretto P090803050102.</i>