




REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

OGGETTO: "PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI SERVICE E MATERIALE DI CONSUMO PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E DIALISI PERITONEALE PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CALABRIA". GARA N. 8247359. MODIFICHE ATTI DI GARA.

ALLEGATO 1

MODIFICHE AL CAPITOLATO

LOTTI	ANNULLASI	LEGGASI
<p>LOTTO 4</p>	<p>LOTTO N° 4 "TRATTAMENTI EMODIALITICI CONTINUI PER PAZIENTI CRITICI" DESCRIZIONE Sub-lotto 4.1 CARATTERISTICHE APPARECCHIATURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuova di fabbrica e di ultima generazione; • Monitor automatico in single pass. <p>L'apparecchiatura deve essere in grado di fornire tutte le seguenti opzioni terapeutiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CRRT per pazienti adulti in CVVHD e CVVH o CVVHDF; • CRRT per pazienti adulti con anticoagulazione regionale con Citrato CVVHD e CVVH o CVVHDF; <ul style="list-style-type: none"> • Dotato di almeno 3 pompe peristaltiche; • Flussi ematici fino almeno a 400 ml/min; • Possibilità di reinfusione in PRE e POST diluizione; • Dotato di almeno 3 bilance gravimetriche; • Presenza di trasduttori di pressione lungo le linee per monitoraggio almeno delle pressioni di accesso, rientro e transmembrana; • Rilevatore aria e fuga sangue; • Dotato di pompa eparina integrata per infusione continua e/o in boli; • Possibilità di disconnettere temporaneamente il paziente senza perdere il circuito ematico; • Dotato di riscaldatore sangue e/o liquidi; • Dotato di batteria tampone in caso di interruzione della corrente elettrica; 	<p>LOTTO N° 4 "TRATTAMENTI EMODIALITICI CONTINUI PER PAZIENTI CRITICI" DESCRIZIONE Sub-lotto 4.1 CARATTERISTICHE APPARECCHIATURA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuova di fabbrica e di ultima generazione; • L'apparecchiatura deve essere in grado di fornire tutte le seguenti opzioni terapeutiche: CRRT per pazienti adulti in CVVHD e CVVH o CVVHDF; CRRT per pazienti adulti con anticoagulazione regionale con Citrato CVVHD e CVVH o CVVHDF; • Dotato di almeno 3 pompe peristaltiche; • Possibilità di reinfusione in PRE e POST diluizione; • Dotato di almeno 3 bilance gravimetriche; • Presenza di trasduttori di pressione lungo le linee per monitoraggio almeno delle pressioni di accesso, rientro e transmembrana; • Rilevatore aria e fuga sangue; • Possibilità di esecuzione dei trattamenti sia con anticoagulazione sistemica mediante eparina con pompe a siringa integrate, che locoregionale con citrato/calcio, utilizzando apposite pompe peristaltiche e/o pompe a siringa; • Possibilità di disconnettere temporaneamente il paziente senza perdere il circuito ematico; • Dotato di riscaldatore sangue e/o liquidi; • Dotato di batteria tampone in caso di interruzione della corrente elettrica;



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante




S.U.A.
Calabria

	<ul style="list-style-type: none"> • Facilmente trasportabile. <p>L'offerta deve prevedere la fornitura di tutto il materiale occorrente per il trattamento (linee, accessori, soluzioni di reinfusione, ecc...- nulla escluso) ed eventuale tecnologia-software informatico per l'esecuzione.</p> <p>Sub-lotto 4.2 KIT PER TRATTAMENTI CON CITRATO</p> <p>Per trattamento si intende kit linee identificate da codice colore, Filtri in polisufone con metrature da 0,6 a 2,2 m2, sacche citrato e sacche reinfusato, della durata di 12 ore.</p> <p>Sub-lotto 4.3 KIT PER TRATTAMENTI SENZA CITRATO</p> <p>Per trattamento si intende kit linee identificate da codice colore, Filtri in polisufone con metrature da 0,6 a 2,2 m2, sacche reinfusato, della durata di 12 ore.</p> <p>Sub-lotto 4.4 KIT PER TRATTAMENTI DI PLASMAFERESI</p> <p>Kit per metodiche di plasma Exchange formato da linee (arteriosa, venosa, effluente, per reinfusione), set riscaldatore, sacca per effluente e sacca per lavaggio e filtro plasma-separatore a fibre cave in polietilene.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Facilmente trasportabile. <p>L'offerta deve prevedere la fornitura di tutto il materiale occorrente per il trattamento (linee, accessori, soluzioni di reinfusione, ecc...- nulla escluso) ed eventuale tecnologia-software informatico per l'esecuzione.</p> <p>Sub-lotto 4.2 KIT PER TRATTAMENTI CON CITRATO</p> <p>Per trattamento si intende kit linee identificate da codice colore, Filtri in membrana sintetica con metrature da 0,6 a 2,2 mq, sacche citrato e sacche reinfusato, della durata di 12 ore.</p> <p>Sub-lotto 4.3 KIT PER TRATTAMENTI SENZA CITRATO</p> <p>Per trattamento si intende kit linee identificate da codice colore, Filtri in membrana sintetica con metrature da 0,6 a 2,2 m2, sacche reinfusato, della durata di 12 ore.</p> <p>Sub-lotto 4.4 KIT PER TRATTAMENTI DI PLASMAFERESI</p> <p>Kit per metodiche di plasma Exchange formato da linee (arteriosa, venosa, effluente, per reinfusione), set riscaldatore, sacca per effluente e sacca per lavaggio e filtro plasma-separatore a fibre cave in membrana sintetica.</p>
<p>LOTTO 31</p>	<p>DESCRIZIONE</p> <p>Display touch screen a colori da almeno da 12", ad alta risoluzione a LED, con possibilità di visualizzare almeno 8 tracce in contemporanea. Peso contenuto, massimo 5 kg tutto compreso. Sistema completamente fanless.</p> <p>Parametri rilevati: ECG, Resp, NIBP, SpO2, PR e Temperatura. Intervalli di misurazione NIBP: Manuale, ad intervalli fissi prestabiliti.</p> <p>SpO2 con Perfusion Index che indichi affidabilità del rilevamento della saturazione.</p> <p>Il sistema deve essere dotato di Algoritmo ECG per analisi del segnale su più derivazioni nello stesso tempo ed essere in grado di sostituire la derivazione sottoposta ad interferenza con un'altra. pPacchetto analisi ARR completo in grado di rilevare anche la FA. Analisi ST e Qt/QtC nel monitor.</p> <p>Preferibilmente predisposto per gestione ADT tramite lettore scanner codice a barre per possibile futuro interfacciamento.</p> <p>Capacità di calcolare le quantità di farmaci e le caratteristiche emodinamiche. Predisposto chiamata infermiera.</p> <p>Sino a 120 ore di trend, 1800 eventi di allarme, 1600 gruppi di misurazioni NIBP, 128 allarmi ARR e 48 ore di forme d'onda completo.</p> <p>Deve essere presente funzione Bed to bed senza ausilio di centrale.</p> <p>Schermi preimpostati. Possibilità numeri</p>	<p>DESCRIZIONE</p> <p>Display touch screen a colori da almeno da 12", ad alta risoluzione a LED, con possibilità di visualizzare almeno 8 tracce in contemporanea. Peso contenuto, massimo 5 kg tutto compreso. Sistema completamente fanless.</p> <p>Parametri rilevati: ECG, Resp, NIBP, SpO2, PR e Temperatura. Intervalli di misurazione NIBP: Manuale, ad intervalli fissi prestabiliti.</p> <p>SpO2 con Perfusion Index che indichi affidabilità del rilevamento della saturazione.</p> <p>Il sistema deve essere dotato di Algoritmo ECG per analisi del segnale su più derivazioni nello stesso tempo ed essere in grado di sostituire la derivazione sottoposta ad interferenza con un'altra. pPacchetto analisi ARR completo in grado di rilevare anche la FA. Analisi ST e Qt/QtC nel monitor.</p> <p>Capacità di calcolare le quantità di farmaci e le caratteristiche emodinamiche. Predisposto chiamata infermiera.</p> <p>Sino a 120 ore di trend, gestione di eventi di allarme, gruppi di misurazioni e allarmi ARR e 48 ore di forme d'onda completo.</p> <p>Deve essere presente funzione Bed to bed senza ausilio di centrale.</p> <p>Schermi preimpostati. Possibilità numeri grandi e minitrends.</p> <p>Personalizzazione delle configurazioni per pazienti adulti, pediatrici e neonatali con possibilità di</p>



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE *Stazione Unica Appaltante*




S.U.A.
Calabria

	<p>grandi e minitrends. Personalizzazione delle configurazioni per pazienti adulti, pediatrici e neonatali con possibilità di trasferimento tramite USB drive qualora ci siano integrazioni future di altri monitor. Batteria con almeno 8 ore di autonomia. Registratore termico integrato a 3 tracce. Possibilità di stampa su stampante di rete. Dotato di carrello.</p>	<p>trasferimento tramite USB drive qualora ci siano integrazioni future di altri monitor. Batteria con almeno 3 ore di autonomia. Registratore termico integrato a 3 tracce. Possibilità di stampa su stampante di rete. Dotato di carrello.</p>
SUB-LOTTO 54.5	Sub-lotto 54.5 SOLUZIONE DI CITRATO, TAUROLIDINA E UROKINASI - 2 ML CIRCA	Sub-lotto 54.5 SOLUZIONE DI CITRATO, TAUROLIDINA E UROKINASI - 1 ML CIRCA



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA


Paragrafo	ANNULLASI	LEGGASI
Premesse	<p>Si precisa che per i lotti oggetto dell'Accordo Quadro con più operatori segue la regola:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i lotti 19 e 20 l'operatore economico che dovrà eseguire la prestazione è quello che risulterà aggiudicatario (primo in graduatoria) per il trattamento dei pazienti incidenti (nuovi ingressi in dialisi); per i pazienti già in trattamento seguirà invece la regola che l'operatore economico che dovrà eseguire la prestazione è colui il quale già fornisce il trattamento a detti pazienti, purchè lo stesso operatore sia in graduatoria; 	<p>Si precisa che per i lotti oggetto dell'Accordo Quadro con più operatori segue la regola:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i lotti 19 e 20 l'operatore economico che dovrà eseguire la prestazione è quello che risulterà aggiudicatario (primo in graduatoria); per ragioni di scelta terapeutica le amministrazioni potranno, in via eccezionale e con formale decisione motivata sotto il profilo medico, avvalersi di uno degli altri operatori risultanti in graduatoria tra i primi 4 incluso il primo. Resta inteso che per i pazienti prevalenti (già in trattamento) la scelta di continuare il trattamento con lo stesso operatore, non deve essere motivata, se l'operatore che deve eseguire la prestazione non risulta essere primo in graduatoria.

Paragrafo	ANNULLASI	LEGGASI
2 "Oggetto dell'appalto e importo"	Il valore complessivo dell'appalto ammonta ad euro € 76.634.452,00 oltre IVA	Il valore complessivo dell'appalto ammonta ad euro € 76.306.852,00 oltre IVA
3.2 "Opzioni e rinnovi"	<p>L'Amministrazione si riserva, la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, di disporre la proroga del contratto in corso di esecuzione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente fino all'importo massimo di euro 9.579.306,50. In tal caso, l'Aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.</p> <p>2. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a</p>	<p>L'Amministrazione si riserva, la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, di disporre la proroga del contratto in corso di esecuzione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente fino all'importo massimo di euro 9.538.356,50. In tal caso, l'Aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.</p> <p>2. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a</p>



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

	<p>concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.</p> <p>3. In caso di ricorso ad una o più delle suddette clausole facoltative, ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, l'importo globale dell'appalto ammonta ad euro 101.540.648,90, IVA esclusa, a cui sarà data</p> <ul style="list-style-type: none"> • copertura finanziaria mediante le risorse del bilancio sanitario regionale. 	<p>concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'Aggiudicatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.</p> <p>3. In caso di ricorso ad una o più delle suddette clausole facoltative, ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, l'importo globale dell'appalto ammonta ad euro 101.106.578,90, IVA esclusa, a cui sarà data</p> <ul style="list-style-type: none"> • copertura finanziaria mediante le risorse del bilancio sanitario regionale.
--	--	--


Paragrafo	ANNULLASI	LEGGASI
10 "Pagamento contributo a favore dell'anac" Lotto 30	<ul style="list-style-type: none"> • importo contributo ANAC euro 70,00 	<ul style="list-style-type: none"> • importo contributo ANAC euro 20,00

Paragrafo	ANNULLASI	LEGGASI
24.4 Busta C "Offerta economica"	<p>Per formulare l'offerta economica l'operatore dovrà valorizzare il campo numerico "Offerta economica" che rappresenterà la percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta dell'intero lotto e sulla base del quale verrà calcolato il relativo punteggio secondo la formula indicata nel presente disciplinare.</p>	<p>Per formulare l'offerta economica l'operatore dovrà valorizzare il campo numerico "Offerta economica" che rappresenterà la percentuale di ribasso offerto sull'importo a base d'asta dell'intero lotto e sulla base del quale verrà calcolato il relativo punteggio secondo la formula indicata nel presente disciplinare.</p> <p>Nel caso in cui l'operatore non intenda ribassare il prezzo a base d'asta per il lotto di interesse, è richiesto di inserire come percentuale di sconto il valore figurativo pari a 0,01% e di compilare l'allegato 8 (che dovrà essere sottoscritto secondo quanto previsto per la domanda di partecipazione), nel quale verrà dichiarato che lo sconto offerto deve intendersi pari a 0 (zero). Tale allegato dovrà essere inserito nel campo "Schede dettaglio prezzi" unitamente all'allegato 7, inserendo entrambi i documenti all'interno di un file di compressione (.zip, .rar) così da caricare a Sistema un unico file.</p>



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

MODIFICHE AI CRITERI DI VALUTAZIONE


LOTTO N. 4 - ANNULLASI

Caratteristiche preferenziali	Punteggio	Tipo di criterio e punteggio	Attribuzione punteggio
Sistema in grado di modulare automaticamente in base al valore della TMP sia il flusso di sostituzione complessivo che le singole quote di pre e di post diluizione	5	D	Discrezionale
Sistema in grado di monitorare in continuo la TMP e di visualizzare sul monitor le singole quote di pre e di post diluizione	5	D	Discrezionale
Linea arteriosa del tipo "air free" senza camera di gocciolamento.	4	T	SI = 4 NO = 0
Possibilità di valutazione automatica del calo ponderale in base alla riduzione del volume ematico, con raggiungimento del migliore peso secco possibile.	3	T	SI = 3 NO = 0
Possibilità di valutazione automatica della soglia critica di riduzione del volume ematico per la prevenzione delle ipotensioni causate dall'ipovolemia.	3	T	SI = 3 NO = 0
Possibilità di gestione automatica degli allarmi di pressione arteriosa e venosa, con soluzioni particolari dedicate a pazienti con cateteri permanenti o temporanei.	3	T	SI = 3 NO = 0
Sistema di allarme in caso di trafileamento o disconnessione dell'ago venoso	3	T	SI = 3 NO = 0
Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato, completamente privo, anche in tracce, di acetato	3	T	SI = 3 NO = 0
Funzione di gestione rapida delle criticità cliniche del paziente con singolo comando che determini la riduzione immediata del QB, posizionamento a UF minima	3	T	SI = 3 NO = 0
Sistema di misurazione on line della dose dialitica effettiva, che consenta di impostare il kt/v desiderato e visualizzare il tempo di trattamento necessario a raggiungerlo	3	T	SI = 3 NO = 0
Programma automatico di regolazione del flusso del bagno dialisi in rapporto al flusso ematico effettivo	5	T	SI = 5 NO = 0
Ecocompatibilità dei filtri	5	T	SI = 5 NO = 0
Tipologia di sterilizzazione dell'apparecchiatura	8	D	Discrezionale
Miglioramento tempi riparazione/sostituzione apparecchiatura (Manutenzione correttiva - tempo massimo ammesso 48 ore)	8	Q	Il punteggio verrà attribuito mediante la formula: V_{min}/V_i dove: V_{min} è il valore minimo di gamme offerto tra tutti i concorrenti e V_i è il valore dell'offerta del concorrente "iesimo".
Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi)	5	Q	Il punteggio verrà attribuito mediante la formula: V_{min}/V_i dove: V_{min} è il valore minimo di gamme offerto tra tutti i



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

			concorrenti e V_i è il valore dell'offerta del concorrente "iesimo".
Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari)	4	Q	Il punteggio verrà attribuito mediante la formula: V_{min}/V_i dove: V_{min} è il valore minimo di gamme offerto tra tutti i concorrenti e V_i è il valore dell'offerta del concorrente "iesimo".
TOTALE	70		


LOTTO N. 4 – LEGGASI

Caratteristiche preferenziali	Punteggio	Tipo di criterio e punteggio	Attribuzione punteggio
Possibilità di utilizzo di anticoagulante alternativo eparina con sistema dedicato, integrato, scientificamente validato.	8	T	SI = 8 NO=0
Sistema in grado di monitorare in continuo la TMP e di visualizzare sul monitor le singole quote di pre e di post diluizione	8	D	Discrezionale
Linea arteriosa del tipo "air free" senza camera di gocciolamento.	6	T	SI = 4 NO=0
Possibilità di gestione automatica degli allarmi di pressione arteriosa e venosa, con soluzioni particolari dedicate a pazienti con cateteri permanenti o temporanei.	6	T	SI = 3 NO=0
Soluzione per infusione o per dialisato: variabilità della composizione, sacche con bicarbonato puro, soluzioni dialitiche prive di tampone acetato.	5	T	SI = 3 NO=0
Possibilità di modificare il tipo di trattamento in corso, senza necessità di sostituzione del filtro e/o del circuito	5	T	SI = 3 NO=0
Ecocompatibilità dei filtri	7	T	SI = 5 NO=0
Miglioramento tempi riparazione/ sostituzione apparecchiatura (Manutenzione correttiva - tempo massimo ammesso 48 ore)	10	Q	Il punteggio verrà attribuito mediante la formula: V_{min}/V_i dove: V_{min} è il valore minimo di gamme offerto tra tutti i concorrenti e V_i è il valore dell'offerta del concorrente "iesimo".
Miglioramento tempi di forni tura KIT /Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi)	8	Q	Il punteggio verrà attribuito mediante la formula: V_{min}/V_i dove: V_{min} è il valore minimo di gamme offerto tra tutti i concorrenti e V_i è il valore



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

			dell'offerta del concorrente "iesimo".
Miglioramento tempi di fornitura KIT /Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari)	7	Q	Il punteggio verrà attribuito mediante la formula: V_{min}/V_i dove: V_{min} è il valore minimo di gamme offerto tra tutti i concorrenti e V_i è il valore dell'offerta del concorrente "iesimo".
TOTALE	70		

MODIFICHE AI FABBISOGNI

Lotto	ANNULLASI	LEGGASI
Sub. Lotto 30.2	Fabbisogno ASP CS: 1300	Fabbisogno ASP CS: 130

MODIFICHE AL MODELLO OFFERTA TECNICA


LOTTO N. 4 - ANNULLASI

Caratteristiche preferenziali	Valore inserito	Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso)
Sistema in grado di modulare automaticamente in base al valore della TMP sia il flusso di sostituzione complessivo che le singole quote di pre e di post diluizione	<i>Inserire descrizione</i>	
Sistema in grado di monitorare in continuo la TMP e di visualizzare sul monitor le singole quote di pre e di post diluizione	<i>Inserire descrizione</i>	
Linea arteriosa del tipo "air free" senza camera di gocciolamento.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Possibilità di valutazione automatica del calo ponderale in base alla riduzione del volume ematico, con raggiungimento del migliore peso secco possibile.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Possibilità di valutazione automatica della soglia critica di riduzione del volume ematico per la prevenzione delle ipotensioni causate dall'ipovolemia.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Possibilità di gestione automatica degli allarmi di pressione arteriosa e venosa, con soluzioni particolari dedicate a pazienti con cateteri permanenti o temporanei.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Sistema di allarme in caso di trafileamento o disconnessione dell'ago venoso	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Possibilità di effettuare dialisi con tampone citrato, completamente privo, anche in tracce, di acetato	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

Funzione di gestione rapida delle criticità cliniche del paziente con singolo comando che determini la riduzione immediata del QB, posizionamento a UF minima	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Sistema di misurazione on line della dose dialitica effettiva, che consenta di impostare il kt/v desiderato e visualizzare il tempo di trattamento necessario a raggiungerlo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Programma automatico di regolazione del flusso del bagno dialisi in rapporto al flusso ematico effettivo	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Ecocompatibilità dei filtri	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Tipologia di sterilizzazione dell'apparecchiatura	<i>Inserire descrizione</i>	
Miglioramento tempi riparazione/sostituzione apparecchiatura (Manutenzione correttiva - tempo massimo ammesso 48 ore)	<i>Inserire valore numerico (ore)</i>	
Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi)	<i>Inserire valore numerico (giorni)</i>	
Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari)	<i>Inserire valore numerico (giorni)</i>	

LOTTO N. 4 - LEGGASI

Caratteristiche preferenziali	Valore inserito	Riferimenti schede tecniche (n° scheda, pagina, capoverso)
Possibilità di utilizzo di anticoagulante alternativo all'eparina con sistema dedicato, integrato, scientificamente validato.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Sistema in grado di monitorare in continuo la TMP e di visualizzare sul monitor le singole quote di pre e di post diluizione	<i>Inserire descrizione</i>	
Linea arteriosa del gocciolamento.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Possibilità di gestione automatica degli allarmi di pressione arteriosa e venosa, con soluzioni particolari dedicate a pazienti con cateteri permanenti o temporanei.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Soluzione per infusione o per dialisato: variabilità della composizione, sacche con bicarbonato puro, soluzione dialitiche prive di tampone acetato.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Possibilità di modificare il tipo di trattamento in corso, senza necessità di sostituzione del filtro e/o del circuito	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Ecocompatibilità dei filtri	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Miglioramento tempi riparazione/sostituzione apparecchiatura (Manutenzione correttiva - tempo massimo ammesso 48 ore)	<i>Inserire valore numerico (ore)</i>	
Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo (tempo massimo ammesso 10 giorni lavorativi)	<i>Inserire valore numerico (giorni)</i>	
Miglioramento tempi di fornitura KIT/Materiale di consumo in caso di urgenza (tempo massimo ammesso 3 giorni solari)	<i>Inserire valore numerico (giorni)</i>	