




REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria

OGGETTO: "PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI SERVICE E MATERIALE DI CONSUMO PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E DIALISI PERITONEALE PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CALABRIA". GARA N. 8247359.

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI (09/11/2021)


FAQ n. 12

1	<p>Con riferimento al lotto n° 70), in aggiunta ai requisiti precedenti a, b e c) è richiesto: Aver svolto nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara e/o avere in corso di esecuzione, almeno un servizio di emodialisi domiciliare assistita presso strutture sanitarie pubbliche o private. La dichiarazione deve indicare: committente, descrizione sintetica del servizio offerto e anno di riferimento.</p> <p>Si chiede di confermare che, al fine di ritenere soddisfatto il suddetto requisito, sarà accettato anche l'aver svolto un servizio di gestione di un centro dialisi.</p>	<p>Si conferma quanto riportato nel disciplinare: il requisito è soddisfatto con almeno un servizio di emodialisi domiciliare assistita presso strutture sanitarie pubbliche o private. Per come formulata la domanda non si comprende la natura del servizio indicato.</p>
2	<p>LOTTO 27: si chiede di specificare se per fornitura analoga si intende quanto oggetto del lotto (sistema ecografico tradizionale) oppure tipologia di prodotto specifico (sonda wireless completa di accessori) come richiesto espressamente da capitolato.</p> <p>Si fa presente, inoltre, che la richiesta di un display integrato da almeno 3.5" individua un unico produttore ed impedisce la partecipazione ad altri concorrenti.</p>	<p>Per fornitura analoga si intende una fornitura non identica a quella del lotto, ma riferibile alla stessa categoria merceologica (Faq. N° 10, punto 14).</p> <p>Inoltre si conferma quanto riportato negli atti di gara.</p>
3	<p>LOTTO 54: si chiede la possibilità di presentare offerta per singolo sub-lotto, poichè dalla nostra conoscenza di mercato, non sono presenti</p>	<p>Non è possibile presentare offerte parziali.</p>



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante




S.U.A.
Calabria

	aziende che possano offrire tutti i prodotti richiesti nell'intero lotto.	
4	Si chiede cortese conferma che con traduzione semplice di cui al FAQ 10 punto 19 si intenda una traduzione non è firmata né timbrata senza grafica/impaginazione come da originale.	La traduzione deve essere firmata dall'operatore economico nella forma prevista dalla domanda di partecipazione e il più possibile simile, anche nell'impaginazione, al documento originale.
5	In riferimento al Lotto 57 "Perforatori" si chiede di conoscere se il "perforatore" richiesto deve essere dotato di prolunga (in quanto viene richiesta la presenza di una clamp). Nel caso in cui il perforatore debba essere provvisto di prolunga si chiede di specificarne la lunghezza; se deve essere provvisto o meno di presa d'aria; se deve essere provvisto di punto di iniezione e quale tipo di terminale (luer lock maschio o femmina ?) deve avere la prolunga.	Per disporre di una clamp la prolunga deve essere almeno 3-5 cm; è richiesta una luer Lock femmina. Il resto (presa d'aria e punto di iniezione) non è richiesto.
6	Si chiede di confermare che non sono previsti tempi specifici di intervento per la manutenzione correttiva ma solo 48 ore solari o migliorative di risoluzione guasto (riparazione/sostituzione).	I tempi specifici (massimi ammessi) per la manutenzione correttiva sono 48 ore solari successive alla segnalazione del guasto. L'operatore economico, laddove previsto nei criteri di valutazione, potrà migliorare tale tempo massimo indicando un tempo inferiore.
7	Si chiede conferma che anche il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 possa essere oggetto di avvalimento.	Si conferma
8	Si chiede di precisare in chiaro il periodo di assistenza e manutenzione full-risk richiesta. Il disciplinare parla genericamente di "Durante tutto il periodo contrattuale decorrente dalla "Data di accettazione delle apparecchiature", è a carico del Fornitore i servizi di assistenza e manutenzione sull'Apparecchiatura/attrezzatura". Si confermano 48 mesi, cioè 4 anni?	Si conferma
9	In relazione al chiarimento FAQ 10.12 si chiede di specificare cosa si intende con è previsto un collegamento alla stampante esterna? La stampante esterna deve essere quotata? Di che tipo laser / termica? Oppure si tratta solo di predisposizione al collegamento ad una	La stampante esterna "non è richiesta" quindi non deve essere quotata, è richiesta la predisposizione al collegamento.



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE *Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.
Calabria

	stampante esterna di Vostra proprietà e non inclusa in gara?	
10	Si chiede di confermare se nel LOTTO 29 debba essere offerta anche la stampante.	La stampante esterna "non è richiesta" quindi non deve essere quotata, è richiesta la predisposizione al collegamento.
11	All'art.6.2, viene richiesto, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di essere in possesso delle sotto riportate certificazioni: - UNI EN ISO 9001:2015 del produttore o del distributore, pertinente alla fornitura dell'appalto. Si chiede di dettagliare in che termini si intenda la dicitura "pertinente alla fornitura".	La certificazione deve essere posseduta dall'operatore economico che partecipa alla gara, salvo ipotesi di avvalimento. "Pertinente alla fornitura" trattasi di una specificazione non vincolante.
12	LOTTO 56: è POSSIBILE OFFRIRE GARZE 18X40 CONFEZIONATE SINGOLARMENTE" ANZICHÈ " GARZE 10X5 A 8 STRATI CONFEZIONATE SINGOLARMENTE?	Non è possibile
13	LOTTO 66: COSA SI INTENDE PER COPPIA DI DISPOSITIVI PREMIFISTOLA PER EMOSTASI A FINE DIALISI? SI INTENDE DUE BENDE PREMIFISTOLA COESIVE CON TAMPONE EMOSTATICO?	Si intende: bende premifistola coesive con tampone emostatico (come già chiarito in altra faq)
14	LOTTO 67: RELATIVAMENTE ALLA COMPOSIZIONE SI CHIEDE DI SPECIFICARE -LA MISURA DEL TELO AVVOLGENTE; LA MISURA DEL TELO FENESTRATO E LA MISURA DELLA FINESTRA ADESIVA; APPLICATORE DISINFETTANTE DA QUANTI ML E SE NEUTRO O COLORATO; COMPRESSE IL NUMERO E LA MISURA E GLI STRATI; SIRINGHE SE CON CONO LUER LOCK O CONO LUER SLIP; CEROTTI IN TNT E IL NUMERO E LE MISURE; TASCA DI PROTEZIONE MISURE E CARATTERISTICHE; CARATTERISTICHE SISTEMA FISSAGGIO CVC; MISURE MEDICAZIONE AD U; MISURE COPRISONDA.	Le dimensioni non sono specificate nel capitolato. Tuttavia sono richieste le misure e le quantità standard di uso comune per tale tipo di fornitura.



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante



S.U.A.
Calabria