



REGIONE CALABRIA

**AUTORITA' REGIONALE**  
*Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

**OGGETTO: "PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI SERVICE E MATERIALE DI CONSUMO PER TRATTAMENTI EMO-DIALITICI E DIALISI PERITONEALE PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CALABRIA". GARA N. 8247359.**

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI (12.11.2021)


**FAQ n. 13**

1	<p>Si chiede, cortesemente, riscontro al seguente chiarimento.</p> <p>Esempio: Alla selezione di gara partecipano per il Lotto X le ditte A e B in RTI COSTITUENDO. Ai Lotti Y, Z, W, la ditta A, come operatore singolo. La sola ditta A possiede la certificazione 13485:2016 e la mette a disposizione anche dalla ditta B mediante avvalimento infragruppo.</p> <p>Dunque per il Lotto X la ditta A è qualificata come capogruppo mandataria e ausiliaria, la ditta B come mandante e avvalente.</p> <p>Tenuto conto che a pag. 19 il disciplinare riporta che " Ai sensi dell'art.89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale di cui all'art.83, comma 1 lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento".</p> <p>Quesito 1) confermate l'avvalimento infragruppo per il requisito di capacità tecnica costituito dal possesso della certificazione 13485?</p> <p>Quesito 2) confermate che la ditta A possa partecipare sia al Lotto X (nelle modalità di cui sopra) che ai Lotti Y,Z,W spendendone la stessa</p>	<p>Quesito 1): Si conferma.</p> <p>Quesito 2): Si conferma.</p>
---	---	---



REGIONE CALABRIA

## AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante




S.U.A.  
Calabria

	certificazione 13485:2016, trattandosi di lotti e, quindi di aggiudicazioni distinte?	
2	<p>Siamo una società operante nel mercato dei DM dal 1984, il cui oggetto sociale è “..l’importazione, l’esportazione, il commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti per uso medico e chirurgico..”. Con riferimento al monitor ECG, il problema che ci poniamo è quello della richiesta dei requisiti “tecnico professionali” in particolare della “fornitura analoga”.</p> <p>Nella FAQ 10 al punto 14 precisate che la prestazione richiesta deve essere “nel medesimo settore imprenditoriale o professionale”.</p> <p>Siamo a chiedere se possiamo inserire come forniture analoghe quelle effettuate dalla scrivente che riguardano un “Sistema di Laser” con schermo “touch screen” il cui utilizzo può variare da diverse applicazioni quali la Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, la Proctologia ed altro.</p>	<p>Premesso che la nozione di «servizi analoghi», non può essere assimilata a quella di «servizi identici», la risposta al quesito posto è affermativa <b>se dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dal concorrente scaturiscono il possesso:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dell’idoneità tecnica alla corretta esecuzione dell’appalto;</li> <li>✓ della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando;</li> <li>✓ l’affidabilità del concorrente.</li> </ul> <p><b>(T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18 novembre 2014, n. 2892; Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2017 n. 5944).</b></p> <p>Nel caso di specie, sembrerebbe peraltro ragionevole il riferimento al medesimo settore imprenditoriale o professionale, fermo restando che la verifica del possesso del requisito è rimessa in ogni caso alla valutazione del seggio di gara sulla base della documentazione effettivamente prodotta dall’operatore.</p>
3	<p>In considerazione della riapertura dei termini per le richieste di chiarimento e con precisazione che la nostra società ha già presentato offerta, si chiede conferma della modalità di inserimento della % di ribasso sulla piattaforma.</p> <p>Abbiamo infatti constatato che inserendo la percentuale di ribasso con solo due decimali, come prescritto dal disciplinare di gara, il totale generato non coincide perfettamente con la sommatoria dei prezzi unitari x le quantità in quanto sarebbero necessari almeno 5 decimali.</p> <p>Come già precisato la nostra società ha già presentato offerta, ma si richiede comunque una conferma.</p>	<p>Si conferma la modalità di inserimento della % di ribasso sulla piattaforma come da disciplinare.</p>
4	<p>Preso atto che la procedura è stata prorogata al 30/11/2021 e avendo la nostra società già presentato offerta, si chiede conferma che la</p>	<p>Si conferma</p>



REGIONE CALABRIA

## AUTORITA' REGIONALE Stazione Unica Appaltante



S.U.A.  
Calabria

	<p>garanzia provvisoria riportante “data di presentazione offerta 17/11/2021 e validità 240 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta”, sia ritenuta valida.</p>	
5	<p>Chiediamo se sul modello 7 deve essere indicato il prezzo totale del lotto oppure il prezzo unitario per singolo articolo.</p>	<p>Nel modello 7 deve essere inserito il dettaglio dei prezzi di ciascun bene consumabile costituente il lotto (si veda pag. 62 del disciplinare di gara).</p>
6	<p>In riferimento al LOTTO N° 69 “KIT EMODIALISI DOMICILIARE QUOTIDIANA”, allo scopo di formulare un’offerta il più precisa ed aderente al reale fabbisogno terapeutico, si richiede di definire il numero di sacche di dialisato da 5.000 ml previste per ciascun trattamento di Emodialisi Domiciliare Quotidiana. Si chiede pertanto di confermare che il volume richiesto per trattamento corrisponde a 20 litri ovvero a 4 sacche di soluzione dializzante.</p>	<p>Si conferma che il volume richiesto per trattamento corrisponde a 20 litri.</p>
7	<p>Lotto nr. 63: Alla luce delle esigenze emerse circa la richiesta di avere tre tipologie di tappini diversi per connettori needlee free, per connettori luer maschio, per connettori luer femmina, si chiede se è conforme inserire sia in offerta tecnica sia in offerta economica i tre codici corrispondenti alle tre diverse tipologie.</p>	<p>Nell’offerta tecnica andranno inserite le schede tecniche di tutte e tre le tipologie di tappini (per connettori needlee free, per connettori luer maschio, per connettori luer femmina).  Nell’offerta economica invece andrà indicato un unico prezzo per tutte e tre le diverse tipologie di tappini (unica offerta per i tre diversi prodotti).</p>