OGGETTO: *"**PROCEDURA APERTA, CON MODALITÀ TELEMATICA, PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI SERVICE E MATERIALE DI CONSUMO PER TRATTAMENTI EMODIALITICI E DIALISI PERITONEALE PER LE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE CALABRIA".*** **GARA N. 8247359.**

RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTI (15/11/2021)

FAQ n. 14

1	In merito a quanto richiesto nel "Capitolato Tecnico", a pag. 15 per il LOTTO 19 ed a pag.16 per il LOTTO 20 "n.1 conf. mese/paziente da n. 30 pz n. teli azzurri tnt 60 per 60 cm non sterili per attacco e distacco", si chiede se ci sia la necessità di suddetta fornitura supplementare, qualora i telini fossero parte integrante del kit cambio sacca (richiesto espressamente).	No, non è necessario. La fornitura in questione è indispensabile, tuttavia può essere indicata indifferentemente dall'operatore economico quale "materiale di consumo ulteriore" o quale "kit cambio sacca".
2	Richiesta di chiarimento relativa al LOTTO N. 28 "SISTEMA INDOSSABILE PER IL MONITORAGGIOPRESSIONE ARTERIOSA". Con riferimento ai seguenti articoli scientifici (allegati integralmente alla presente e di cui si riportano gli estratti di interesse tradotti), chiediamo maggiori delucidazioni sulla Vs. richiesta "con intervalli di misura da 10 a 240 minuti". Leggendo le linee guida ESC/ESH 2018, riscontriamo che gli intervalli di misura raccomandati sono 15 – 30 minuti mentre l'articolo scientifico pubblicato su HYPERTENSIONAHA.113.02148 indica che le misure minime raccomandate durante un esame pressorio delle 24 ore sono 14 diurne e 7 notturne. L'intervallo di misura di 240 minuti non viene contemplato in nessuna pubblicazione scientifica e neppure dalle recenti linee guida internazionali.	Quello indicato nel capitolato è il possibile range del sistema. Quello indicato negli articoli richiamati (e non tutti riportati) è l'intervallo raccomandato (a cura del medico). Pertanto si conferma quanto riportato negli atti di gara.

3	In riferimento al contratto di avvalimento che potrà essere stipulato qualora manchi il requisito dei Servizi Svolti (pag 16 del Disciplinare), con la presente chiediamo se le forniture e le relative fatture ad esse collegate, prestate da parte dell'ausiliaria, sono da considerarsi libere e quindi riutilizzabili per altre procedure di gara, al momento di stipula della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, considerando che il requisito richiesto relativo ai servizi svolti, riguarda solo la capacità tecnica professionale e quindi l'affidabilità dell'azienda.	I "Servizi svolti" di cui il concorrente può avvalersi possono essere spesi anche per altre procedure di gara a cui la ditta ausiliaria intenda partecipare.
4	In riferimento alla FAQ 13 n. 2 in cui precisate che l'analogia dei servizi svolti è da ricercarsi nel criterio del settore imprenditoriale o professionale, con la presente chiediamo la possibilità di considerare i dispositivi medici, come forniture analoghe al lotto 52 Panni preimbibiti, considerando che il commercio di dispositivi medici è il settore imprenditoriale della ns azienda?	I panni preimbibiti sono antisettici/disinfettanti e non rientrano nell'accezione di dispositivo medico (si veda la Direttiva Comunitaria 93/42/CEE). La risposta pertanto è NO.
5	Con riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti per quanto concerne il LOTTO N. 4: 1. Nel file denominato "capitolato tecnico" alla pagina 11, nella voce "Sub-lotto 4.2 KIT PER TRATTAMENTI CON CITRATO. Per trattamento si intende kit linee identificate da codice colore, Filtri in membrana sintetica con metrature da 0,6 a 2,2 m2, sacche citrato e sacche reinfusato, della durata di 12 ore", visto anche il chiarimento N.6 FAQ.5 nel quale si esplicita la seguente risposta: "Si precisa che l'offerta deve contenere la fornitura di tutto il materiale necessario per trattamenti di 12 ore e che ogni trattamento è da intendersi come " trattamento a parametri standard" come di seguito indicato: flusso sangue a 120 ml/min, con livello di citrato a circa 3 mmol/l all'interno del circuito, paziente medio di 70 Kg, flussi di scambio effluente (comprensivi di citrato, dialisato e infusato) di circa 2,5 L/h per i trattamenti con citrato" Pur lasciando invariati i parametri richiesti (flusso sangue a 120 ml/min, con livello di citrato a circa 3 mmol/l all'interno del circuito, paziente medio di 70 Kg), in riferimento ai flussi	Si conferma quanto riportato negli atti di gara ovvero che nei flussi di scambio effluente oltre al dialisato e all'infusato sia presente anche il citrato, la cui percentuale dovrà essere indicata dall'operatore in fase di offerta.

	di scambio effluente pari a 2,5 L/h nelle 12 ore, si chiede di poter considerare per il raggiungimento di quest'ultima le sole sacche di dialisato e reinfusato, scorporando da tale valore i liquidi contenenti la soluzione anticoagulante citrato, dal momento che svolge una diversa funzione nell'ambito dell'erogazione della terapia.	
6	Relativamente ai lotti nn. 43 - 44 - 45 – 46 e 47 ed alla risposta al chiarimento n. 10 delle FAQ 10, nel quale confermate che il kit di riparazione concorre al raggiungimento della base d'asta, con la presente siamo a chiedere i quantitativi dei kit di riparazione. Senza tali quantitativi non ci è possibile calcolare il totale del lotto e di conseguenza il ribasso sul base d'asta da inserire in piattaforma.	Si conferma che l'offerta riguardante i lotti citati deve prevedere "kit di riparazione" che non dovranno essere forniti in abbinamento a ciascun pezzo offerto, ma saranno forniti su richiesta dell'Amministrazione e sulla base di eventuali necessità del medico nefrologo.
7	Alle pagine nn. 24 e 25 del Capitolato ed in particolare per i lotti nn. 49 e 50 indicate che gli accessori (es: madrino, stiletto, ecc) "dovranno essere quotati in offerta economica pur non essendo oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio", siamo pertanto a chiedere conferma che tali accessori debbano essere inseriti nel Modello n. 7 con i relativi prezzi unitari, ma che queste quotazioni non concorrono al raggiungimento del base d'asta.	Si conferma.
8	Con riferimento all'allegato 1 al decreto di proroga e più specificatamente all'attribuzione dei punteggi del lotto n. 4 a pagina 7, con la presente siamo a segnalare che c'è discrepanza tra i punteggi scritti nella colonna "Punteggi" e la colonna "Attribuzione punteggio" (a titolo di esempio: REQUISITO Linea arteriosa del tipo "air free" senza camera di gocciolamento. COLONNA "PUNTEGGI"= 6. COLONNA "ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO"= 4). Siamo pertanto a chiedere conferma di quale colonna riporti i punteggi corretti?	La colonna "attribuzione punteggio" riporta dei refusi. Ai fini del calcolo dei *70 punti* si terrà conto dei punteggi indiati **nella colonna "Punteggio"**, peraltro correttamente riportati.