




REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Sezione Tecnica



S.U.A.
Calabria

Oggetto: *Gara regionale centralizzata a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura quadriennale di "microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo "occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Calabria. Gara ID - 1180246.*

RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI dal 02/07 al 08/07/2024

FAQ N. 03

	QUESITO	RISPOSTA
1	Richiediamo se la marca da bollo può essere apposta direttamente sul documento Modello "domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" o vada fatta copia conforme a parte.	<i>Si conferma quanto riportato al Punto 14 del disciplinare di gara.</i>
2	Modello offerta economica lotto 2: La scrivente chiede esplicitare a che copertura temporale viene riferito l'importo di 900 € per PEZZO UNITARIO KIT, Inoltre non è chiaro quali devono essere i quantitativi di ago cannula, serbatoio e sensori da considerare per formulare l'offerta correttamente. La scrivente per tutto quanto sopra riportato vuole sottolineare la discrepanza di descrizione tra quanto scritto a pag 6 del Capitolato Tecnico Lotto 2 primo punto (riferimento alla patch) e quanto descritto nella colonna "MATERIALE DI CONSUMO" del modulo 19 - fabbisogni a base d'asta.	<i>La copertura temporale è da intendersi per 1 mese.</i>
3	Relativamente ai fatturati richiesti ai punti dei Requisiti di Capacità tecnica e Professionale sito si prega di confermare - che i requisiti richiesti sono quelli di cui a tutti e tre i punti a), b) e c)	<i>Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 6.3.</i>



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Sezione Tecnica



S.U.A.
Calabria

	<p>- che per il punto a) il fatturato da indicare è quello del triennio al 13/06/2024, data di pubblicazione del bando (quindi il fatturato dal 14/06/2021 al 13/06/2024)</p> <p>- che per il punto b) il fatturato da indicare è quello del triennio 2021-2022-2023.</p>	
<p>4</p>	<p>Gara microinfusori diabetologia richiesta chiarimento su certificazione CE-ISO Testo: Chiediamo conferma che le certificazioni CE, ISO sono ammesse in lingua inglese essendo documenti emessi da istituzioni internazionali che permettono la verifica della autenticità degli stessi attraverso i loro portali</p>	<p><i>Si conferma.</i></p>
<p>5</p>	<p>E' nostra intenzione avvalersi dell'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica-professionale. Nel nostro caso l'impresa ausiliaria è la nostra casa madre, società con sede in Corea, quindi paese extra Unione Europea, dove non sussiste l'obbligo del possesso della firma digitale avanzata e qualificata rilasciata da un certificatore tra quelli indicati dalla Agenzia per l'Italia Digitale.</p> <p>Questa problematica ci impedisce di caricare i documenti dell'avvalimento e ci impedisce di creare il documento DGUE in piattaforma. Essendo una impossibilità di carattere tecnico-informatica e non una impossibilità di carattere giuridico, si chiede conferma della possibilità di poter caricare i documenti ed il DGUE della impresa ausiliaria con firma olografa, accompagnata da copia del documento di identità.</p> <p>Alla suddetta documentazione verrà allegata una dichiarazione, attestante la copia conforme all'originale dei documenti, debitamente sottoscritta dalla scrivente impresa concorrente (impresa ausiliata) con firmata digitale.</p> <p>Segnaliamo che la suddetta soluzione è applicata anche in altre gare d'appalto per il medesimo oggetto di gara (Gare Lombardia,</p>	<p><i>È possibile caricare in piattaforma la documentazione citata sottoscritta con firma olografa, purché sia prodotta in lingua italiana e autenticata da un pubblico ufficiale/notaio. La documentazione dovrà essere caricata nella Sezione 2 della busta virtuale "A" amministrativa come riportato al punto 14 del disciplinare di gara.</i></p>



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Sezione Tecnica



S.U.A.
Calabria

	<p>gara Regione Marche, gara Regione Liguria, gara Alto Adige, gara SCR Piemonte).</p> <p>Si evidenzia inoltre che l'art. 25 comma 2 del D.lgs. 36/2023 Codice degli Appalti precisa che "Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi".</p>	
6	<p>In riferimento al lotto 3, per il requisito Resistenza All'acqua si constata che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella Relazione tecnica viene indicato resistenza all'Acqua almeno IP 4 - Nel Capitolato Tecnico viene indicato resistenza all'Acqua almeno IP 5 - nei Criteri di Valutazione vengono considerati valori da 6 ad 8 <p>pertanto, si chiede di considerare IP almeno 4, come da Relazione Tecnica, per poter consentire la partecipazione a più aziende. Inoltre, si chiede di tenere in considerazione che alcuni dispositivi possono essere rimossi dalla Patch ed assicurare un IP pari a 8.</p>	<p><i>Trattasi di mero refuso.</i></p> <p><i>La resistenza all'acqua, deve essere considerata di almeno IPX 4, per come riportato alla pag.7 della Relazione Tecnica.</i></p>
7	<p>Si chiede, in riferimento al file dell'offerta economica del Lotto 3, se nella cella L12 "Prezzo offerta Micro" è da considerare l'offerta Micro + materiale di consumo.</p> <p>Il nostro dispositivo non è assemblato ma è dotato di materiale di consumo e, considerato che non prevedete l'offerta del Kit, si chiede di confermare, che nella cella L12 va indicato l'importo complessivo micro più materiale di consumo</p>	<p><i>Si conferma.</i></p>
8	<p>Relativamente alla campionatura, essendo le varie confezioni di set infusionali del microinfusore tutte uguali ma distinte solo per la lunghezza del catetere, chiediamo se è possibile inviare solo alcune delle lunghezze disponibili oppure se è necessario inviare una confezione per ogni lunghezza disponibile.</p>	<p><i>E' possibile inviare solo alcune delle lunghezze.</i></p>



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Sezione Tecnica




S.U.A.
Calabria

<p>9</p>	<p>E' nostra intenzione avvalersi dell'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica-professionale. Nel nostro caso l'impresa ausiliaria è la nostra casa madre, società con sede in Svizzera, quindi paese extra Unione Europea, dove non sussiste l'obbligo del possesso della firma digitale avanzata e qualificata rilasciata da un certificatore tra quelli indicati dalla Agenzia per l'Italia Digitale. Essendo una impossibilità di carattere tecnico-informatica e non una impossibilità di carattere giuridico, si chiede conferma della possibilità di poter caricare i documenti di avvalimento della impresa svizzera ausiliaria con firma olografa, accompagnata da copia del documento di identità. Alla suddetta documentazione verrà allegata una dichiarazione, attestante la copia conforme all'originale dei documenti, debitamente sottoscritta dalla scrivente impresa concorrente (impresa ausiliata) con firmata digitale e marcatemporale. Segnaliamo che la suddetta soluzione è stata applicata anche dalle altre Centrali di committenza per gare con il medesimo oggetto di gara (Aria Lombardia, Regione Marche, SUAR- Regione Liguria, gara Alto Adige, SCR Piemonte, Soresa Campania). Si evidenzia inoltre che l'art. 25 comma 2 del D.lgs. 36/2023 Codice degli Appalti precisa che "Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi".</p>	<p>Vedi risposta quesito 5.</p>
<p>10</p>	<p>Buongiorno, con riferimento ai modelli di offerta economica, si fa presente che le formule già preinserite nei modelli non risultano funzionanti.</p>	<p><i>Si conferma che i modelli offerta economica sono perfettamente funzionanti. Per chiarimenti è possibile ricevere supporto l'Help Desk al numero 800 89 39 14 (per chiamate da numero urbano, extraurbano e da numero mobile) e al n. 0984-3084591 (per chiamate da numero estero) da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 08.30</i></p>



REGIONE CALABRIA

AUTORITA' REGIONALE
Stazione Unica Appaltante
Sezione Tecnica



S.U.A.
Calabria

		alle 17.30 o tramite mail:sd_sisgap@almaviva.it<mailto:sd_sisgap@almaviva.it>.
11	Con riferimento al disciplinare di gara requisiti di capacità economica e finanziaria, si chiede conferma che in sede di gara NON debbano essere allegate le prove dei requisiti di cui ai punti a e b, che verranno richieste in sede di aggiudicazione.	Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 6.2.
12	Si chiede come fare per avere supporto sull'utilizzo delle funzionalità della Piattaforma SISGAP.	Per ricevere supporto sull'utilizzo delle funzioni della Piattaforma SISGAP è possibile contattare l'Help Desk al numero: 800 89 39 14 (per chiamate da numero urbano, extraurbano e da numero mobile) n. 0984-3084591 (per chiamate da numero estero) da lunedì a venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle 08.30 alle 17.30 o tramite mail: sd_sisgap@almaviva.it<mailto:sd_sisgap@almaviva.it>.