




REGIONE CALABRIA

**AUTORITA' REGIONALE**  
*Stazione Unica Appaltante*  
*Sezione Tecnica*



S.U.A.  
Calabria

**Oggetto:** *Gara regionale centralizzata a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura quadriennale di "microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo "occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Calabria. Gara ID - 1180246.*

**RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI dal 15/07 al 15/07/2024**

**FAQ N. 06**

	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>Lotto 2: si invita a porre l'attenzione sul fatto che nel lotto, nonostante sia dedicato sia a microinfusori con catetere integrati che a microinfusori senza catetere patch integrati, la maggior parte dei requisiti premiali sono dedicati esclusivamente ai microinfusori con catetere. Di seguito alcuni esempi di richieste di caratteristiche premiali esclusive a sistemi con catetere, a cui un sistema patch pump non può rispondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- caratteristiche anti schiacciamento del catetere e la sua elasticità, tenuta delle connessioni alla pompa;</li> <li>- semplicità di inserimento dell'ago cannula con l'insertore;</li> <li>- diverse tipologie di materiale costruzione catetere;</li> <li>- differente orientamento;</li> <li>- differenti lunghezze catetere.</li> </ul> <p>Con la finalità di assicurare un'omogeneità di valutazione tra i sistemi di microinfusione insulinica (integrati con sistema di monitoraggio) presenti sul mercato, e non favorire inconsapevolmente a livello tecnico solo una tipologia di questi sistemi (quelli integrati con catetere a cui sono attribuiti specifici requisiti premiali) rispetto ad altri (quelli integrati senza catetere a cui non è attribuito nessun requisito premiale), si chiede di dividere il lotto 2 in 2 lotti:</p>	<p><i>Non è possibile suddividere il Lotto 2 in due parti, per una valutazione di categoria di merce più omogenea. Sarà la Commissione Giudicatrice, valutare ed eventualmente premiare, le caratteristiche dei singoli dispositivi.</i></p>



REGIONE CALABRIA

**AUTORITA' REGIONALE**  
**Stazione Unica Appaltante**  
**Sezione Tecnica**



S.U.A.  
Calabria

	<p>- 2A: microinfusore per infusione continua di insulina tradizionale con catetere, integrato con sistema di monitoraggio in continuo del glucosio</p> <p>- 2B: microinfusore per infusione continua di insulina patch pump senza catetere, integrato con sistema di monitoraggio in continuo del glucosio</p> <p>Questa divisione del lotto 2 permetterebbe un accesso maggiore alle possibilità di mercato e una valutazione omogenea delle caratteristiche che premiali a tutti gli operatori economici presenti sul mercato italiano.</p>	
	<p>Si ricorda che per come previsto nel disciplinare di gara alla voce (<u>Chiarimenti</u>), il giorno ultimo utile per formulare quesiti è il <b>15/07/2024</b>. Tutti i quesiti che perverranno in piattaforma oltre tale data, non verranno presi in esame e, pertanto considerati nulli.</p>	

**II RUP**