




REGIONE CALABRIA

**AUTORITA' REGIONALE**  
*Stazione Unica Appaltante*  
 Sezione Tecnica



S.U.A.  
 Calabria

**Oggetto:** *Gara regionale centralizzata a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento della fornitura quadriennale di "microinfusori per insulina, sistemi di monitoraggio CGM per il controllo continuo della glicemia e relativi materiali di consumo "occorrenti alle aziende del servizio sanitario della Regione Calabria. Gara ID - 1180246.*

**RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI dal 18/06/24 al 26/06/24**

**FAQ N. 01**

	QUESITO	RISPOSTA
1	<p>In relazione al requisito richiesto nel paragrafo 6.3 del disciplinare di gara, ed in particolare ai punti a) e b) "requisiti di capacità tecnica e professionale", si chiede di meglio specificare l'importo da comprovare ai fini del possesso del requisito. Si chiede conferma che, in caso di partecipazione a più lotti si debba dimostrare di aver effettuato negli ultimi tre esercizi finanziari, il 50% della somma dei due lotti di importo maggiore.</p>	<p><i>In relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al punto 6.3 si specifica quanto di seguito.</i></p> <p><i>L'importo relativo al Fatturato specifico di cui al punto 6.3, lett. a) è dettagliatamente riportato nella tabella riportata che segue la descrizione del requisito stesso.</i></p> <p><i>Con riferimento al requisito di cui al punto 6.3, lett. b) l'importo della fornitura è pari al <b>50 % del valore del lotto</b> per il quale si concorre. A tal proposito si specifica che Il requisito relativo al punto 6.3 lett. b) (<b>Servizio di Punta</b>), in caso di RTI, deve essere posseduto dalla mandataria e non è frazionabile.</i></p> <p><i>Si conferma che, nel caso di partecipazione a più lotti, il Concorrente singolo o raggruppato o consorziato, che partecipi sempre nella medesima forma, dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti con riferimento al fatturato richiesto per i due lotti di maggior valore per i quali intende partecipare.</i></p>



REGIONE CALABRIA

**AUTORITA' REGIONALE**  
*Stazione Unica Appaltante*  
*Sezione Tecnica*



S.U.A.  
Calabria

<b>2</b>	<p>In riferimento al capitolato tecnico e nello specifico del capitolo 5 in ordine ai requisiti tecnici generali dei prodotti per tutti i lotti di gara si fa presente quanto segue: Si legge un requisito di minima ai lotti 4-5-6 ovvero "protezione da corpi solidi almeno 5", che immaginiamo derivi da un rifiuto e che a memoria della scrivente non si è mai riscontrato tra i requisiti di minima, in alcuna delle gare pubblicate, da nessuna delle Stazioni Appaltanti o Centrali di Committenza regionali di alcuna regione, almeno negli ultimi 24 mesi. Inoltre a conoscenza di chi scrive, ad oggi la sussistenza di tale requisito escluderebbe tutti i potenziali operatori economici ad eccezione di un solo fornitore, ciò in contrasto con quanto sancito dalla Gara Regionale Centralizzata a Procedura Aperta che prevede la conclusione di un Accordo Quadro multi fornitore (con specifica all'interno del capitolato della previsione di un massimo di 4 aggiudicatari da mettere a disposizione delle aziende per una corretta scelta da parte dei clinici della miglior soluzione terapeutica). In aggiunta si vuole ribadire come quanto sopra descritto sembra un rifiuto in considerazione della presenza in altri lotti di gara ed in particolare al lotto 2 (MICROINFUSORE PER INFUSIONE CONTINUA DI INSULINA CON SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO DEL GLUCOSIO) del medesimo requisito ma con un valore accettabile ed includente di tutti i potenziali fornitori ovvero: "protezione da corpi solidi IP almeno 2". Si chiede dunque voler confermare che trattasi di rifiuto e che lo stesso verrà prontamente modificato ai lotti 4, 5 e 6.</p>	<p><i>Trattasi di mero rifiuto.</i> <i>Il requisito di caratteristiche tecniche generali "protezione da corpi solidi IP" deve essere inteso di <u>almeno 2</u> per tutti i lotti di gara.</i></p>
----------	--	---



REGIONE CALABRIA

**AUTORITA' REGIONALE**  
*Stazione Unica Appaltante*  
*Sezione Tecnica*



S.U.A.  
Calabria

<p>3</p> <p>Facendo riferimento al documento Capitolato Tecnico pagina 9- lotto 5, caratteristica: allarme per ipoglicemia imminente (&lt;55 mg/dl);</p> <p>Si fa presente che questa caratteristica, descritta così specificatamente, indica chiaramente un prodotto offerto da 1 solo Operatore Economico e non permette né al clinico la possibilità di avere un'ampia scelta prescrittiva né al paziente di poter usufruire della miglior tecnologia che più si adatta alle proprie esigenze.</p> <p>Inoltre, si fa presente che i sistemi dotati di allarmi predittivi per ipoglicemia, fondano la loro peculiarità nell'evitare ipoglicemie severe, ovvero inferiori a &lt; 54mg/dL, pertanto il valore soglia indicato dovrebbe come minimo essere superiore a tale dato puntuale, proprio per evitare di arrivare ad un livello glicemico critico di ipoglicemia.</p> <p>Un altro effetto dell'inserimento di tale specifico criterio come caratteristica escludente, è che limiterebbe la possibilità di scelta del clinico per le varie tipologie di pazienti che possano beneficiare degli allarmi predittivi per ipoglicemia.</p> <p>Infatti, attualmente esistono più sistemi dotati di allarmi predittivi che, grazie alla possibilità di personalizzazione, possono essere adattati alle più specifiche necessità dei pazienti.</p> <p>Infine, tale specifico criterio escluderebbe a priori la possibilità di partecipazione agli Operatori Economici che propongono soluzioni innovative che presentano un'eccezionale accuratezza sia nel range ipoglicemico che nella predizione degli eventi ipoglicemici e che sono dotati di avvisi di vibrazione, anche sul corpo, per la facilitazione del riconoscimento dell'allarme: tali caratteristiche li rendono particolarmente indicati per pazienti con inconsapevolezza ipoglicemica, difficoltà uditive o manuali e per i quali non verrebbe garantita la continuità terapeutica.</p>	<p><i>L'allarme per ipoglicemia imminente deve intendersi come non "inferiore a 55 mg/dl".</i></p>
---	--



REGIONE CALABRIA

**AUTORITA' REGIONALE**  
*Stazione Unica Appaltante*  
*Sezione Tecnica*



S.U.A.  
Calabria

	Si chiede dunque a codesta stazione appaltante di valutare la rimozione di questo criterio, poiché: limita la partecipazione agli OE nega ai clinici la possibilità di prescrivere ai pazienti terapia che più si adatta a ciascun paziente riduce la possibilità di usufruire di sistemi accurati e affidabili.	
4	Facendo riferimento al documento Capitolato Tecnico pagina 9 - lotto 5, caratteristica: allarme predittivo per valori di glucosio programmabili; in merito a questo parametro, si chiede di specificare cosa si intende per programmabili.	<i>Per programmabile si intende: "possibilità di modificare i valori predittivi".</i>
5	Dovendo caricare, sia nella sezione 1 che 2 più documenti firmati, è possibile allegare una zip a sua volta firmata?	<i>Si.</i>
6	Nella sezione tecnica, non avendo segreti tecnici e commerciali, è obbligatorio comunque caricare la documentazione oscurata o è possibile allegare nuovamente in quel campo, la documentazione non oscurata?	<i>Non deve essere allegata la documentazione originale, ma occorre inserire una semplice dichiarazione che non vi sono parti da oscurare.</i>
7	<i>Nella prima sezione della procedura è necessario allegare il DGUE.XML e DGUE PDF firmati digitalmente?</i>	<i>Firmare solo il PDF.</i>

IL RUP