

Ecologia Oggi - Ecologia Oggi SpA - Termovalorizzatore Gioia Tauro

Carta di controllo CUSUM di deriva

Elaborato il 04/03/2025 14:30

Punto d'analisi Linea 1 -
Analizzatore FID -
Misura COT [mg/Nm³]

Data	20/03/2024 10:15
Operatore	Vincenzo Di Vuolo
Inizio periodo	18/12/2018 19:32

H _x (Zero)	K _x (Zero)	H _x (Span)	K _x (Span)
3,05	0,54	3,53	0,62

ZERO				SPAN			
Criferimento		Identificazione		Criferimento		Identificazione	
0,00				30,00			
LETTURA EFFETTIVA		VALORI CUSUM PRECEDENTI		LETTURA EFFETTIVA		VALORI CUSUM PRECEDENTI	
C _{effettivo}	Σ(pos) _{t-1}	N(pos) _{t-1}		C _{effettivo}	Σ(pos) _{t-1}	N(pos) _{t-1}	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
0,00	Σ(neg) _{t-1}	N(neg) _{t-1}		30,00	Σ(neg) _{t-1}	N(neg) _{t-1}	
	0,00	0,00			0,00	0,00	
d _t = (C _{effettivo} - C _{criferimento})				0,00			
Σ(pos) _p = Σ(pos) _{t-1} + d _t - K _x				e			
Σ(neg) _p = Σ(neg) _{t-1} - d _t - K _x							
Σ(pos) _p		Σ(neg) _p		Σ(pos) _p		Σ(neg) _p	
-0,54		-0,54		-0,62		-0,62	
Σ(pos/neg) _p > 0 => { Σ(pos/neg) _t = Σ(pos/neg) _p , N(pos/neg) _t = N(pos/neg) _{t-1} + 1 }							
Σ(pos/neg) _p ≤ 0 => { Σ(pos/neg) _t = 0, N(pos/neg) _t = 0 }							
Σ(pos) _t	N(pos) _t	Σ(neg) _t	N(neg) _t	VALORI CUSUM	Σ(pos) _t	N(pos) _t	Σ(neg) _t
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Σ(pos/neg) _t > H _x => Deriva + / -							
DERIVA:				DERIVA:			
OK				OK			
In caso di deriva di qualunque genere regolare ai valori di riferimento.							