

RAPPORTO INTERVENTO

Nr. IA002/2025

CLIENTE: Ecologia Oggi

TECNICO: Italo Aiello

RIFERIMENTO: Ing. Di Massa

LUOGO INTERVENTO: C.da Cicerna

DATA: 13 / 01 / 2025

Descrizione : Manutenzione Annuale :

Eseguita manutenzione Annuale campionatore Diossine , in particolare :
Pulizia sonda di prelievo con liquidi appositi secondo normativa e sostituzione tenute sonda .
Manutenzione generale control Unit , sostituzione filtro presenza liquido , sostituzione kit pompa aspirazione , sostituzione filtri polvere , verifica parametri d'esercizio , redazione tabella configurazione .
Il sistema viene lasciato in misura e funzionante

MATERIALE

Codice	Descrizione	Q.tà
Kit Ames II		1

Materiale Fornito da Cliente

Data	Viaggio	Prestazione	Viaggio
------	---------	-------------	---------

IL TECNICO

Italo Aiello

IL CLIENTE

[Signature]